

**Oznaczenie sprawy:** LLPS.01.04.2025.DS1

## **ZAPYTANIE OFERTOWE**

z dnia 18 kwietnia 2025 roku

### **„Dostawa sprzętu medycznego – część 1”**

#### **I. Nazwa, adres, dane kontaktowe Zamawiającego:**

---

LLP spółka z ograniczoną odpowiedzialnością  
ul. Krańcowa 2a, 66-100 Sulechów  
tel. 606 895 708  
<https://cmtopmed.pl/sulechow/>  
adres poczty elektronicznej: e-mail: a.golik@cmtopmed.pl

#### **II. Tryb udzielenia zamówienia:**

---

Niniejsze postępowanie prowadzone jest w oparciu o:

- 1) procedura dokonywania zakupów w ramach Przedsięwzięcia „Wsparcie podstawowej opieki zdrowotnej (POZ)” obowiązująca u Zamawiającego,
- 2) zalecenia Grantodawcy z dnia 19 lutego 2025 roku.

Na podstawie art. 2 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2024 roku, poz. 1320) dla niniejszego zamówienia nie stosuje się przepisów wyżej określonej ustawy.

Niniejsze zapytanie zostało upublicznione w następujący sposób:

- 1) zamieszczone na stronie internetowej Zamawiającego:  
<https://cmtopmed.pl/projekty-unijne/>

#### **III. Opis przedmiotu zamówienia:**

---

**Przedmiotem zamówienia jest dostawa niżej wymienionego wyposażenia (fabrycznie nowego) na potrzeby LLP spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, ul. Krańcowa 2a, 66-100 Sulechów - szczegółowy opis przedmiotu zamówienia oraz wymagane minimalne parametry i właściwości urządzeń określone zostały w poniższych tabelach:**

### 1) holter ciśnieniowy – 1 szt.:

Lp.	Wymagane minimalne parametry i właściwości urządzenia
1.	rok produkcji (urządzenie fabrycznie nowe)
2.	rejestrator RR do długotrwałego monitorowania ciśnienia tętniczego krwi metoda oscylometryczną
3.	tryb pracy: pediatryczny, dorosły
4.	zakres mierzonego ciśnienia min. od 0 do 300 mm/Hg
5.	automatyczne dobieranie ciśnienia
6.	przycisk na urządzeniu umożliwiający pomiar na żądanie
7.	zasilanie: baterie alkaliczne lub akumulatorki- 2 szt.
8.	kontrola stanu baterii. Wyświetlana informacja o ilości dni pomiarowych do wyczerpania baterii.
9.	oszczędność energii w trybie wielogodzinnej rejestracji (zastosowanie głębokiego uśpienia)
10.	wewnętrzny zegar czasu rzeczywistego
11.	wyświetlacz do odczytu ostatniego badania ciśnienia oraz klawiatura funkcyjna
12.	połączenie z komputerem poprzez kabel USB
13.	możliwość podziału doby na 6 podokresów pomiarowych
14.	możliwość stworzenia indywidualnego planu pomiarowego
15.	gwarancja: min. 12 miesięcy

### 2) holter ekg – 1 szt.:

Lp.	Wymagane minimalne parametry i właściwości urządzenia
1.	kompletny rejestrator holterowski EKG 3,12 odprowadzeniowy z możliwością wymiany kabli, tj. gotowy do eksploatacji (bez żadnych dodatkowych inwestycji ze strony Zamawiającego).
2.	podgląd przebiegu EKG w trybie komunikacji bezprzewodowej
3.	zapis na kartę micro SDHC
4.	detekcja odpiętej elektrody w trybie konfiguracji
5.	rejestracja sygnału EKG przez okres 24 h,48h lub 7 dni
6.	kolorowy wyświetlacz, oraz menu wyświetlane na ekranie umożliwiające obsługę za pomocą klawiatury
7.	możliwość podglądu danych pacjenta
8.	sygnalizacja uszkodzonej karty microSDHC, wyczerpanej baterii, INOP
9.	trójkolorowa dioda i sygnalizacja dźwiękowa informująca o stanie rejestratora
10.	opcje zmiany parametrów: tryb wyświetlania grup, tryb wyświetlania pojedynczych odprowadzeń, typ badania (24-godzinne, 48-godzinne, 7-dniowe), data i godzina, tryb online (możliwość podłączenia bezprzewodowego), język interfejsu
11.	dołączenie imienia i nazwiska pacjenta do zapisu przebiegu EKG
12.	możliwość uruchomienia rejestracji poprzez komunikację bezprzewodową
13.	możliwość drukowania całego sygnału EKG
14.	automatyczne drukowanie
15.	możliwość analizy retrospektywnej i prospektywnej
16.	analiza arytmii pochodzenia komorowego i nadkomorowego
17.	prezentacja wyników w formie trendów w tym trójwymiarowe trendy ST i HRV
18.	analiza pracy rozrusznika serca
19.	bezprzewodowa transmisja danych umożliwiająca podgląd zapisu EKG w czasie rzeczywistym
20.	wybieranie do druku przez użytkownika wstęgi EKG wraz z ich etykietami
21.	możliwość wykrywania, przeglądania, tworzenia ilościowych raportów w zakresie oceny: VE, S`SVE, P`SVT, Pauz, IRR VT, IVR, Tachy, Brady, Salwa, Bigeminia, Trigemina, Pary, R na T, uniesienia i obniżenia ST. Epizody ST, Max, Min, oraz Średni Rytm Serca, procentowy udział artefaktów w zapisie
22.	edytor klasy umożliwiający łatwą edycję wszystkich pobudzeń komorowych i nadkomorowych
23.	tabelaryczna prezentacja danych liczbowych

24.	możliwość drukowania raportów badań
25.	niezależna analiza ST każdego kanału EKG dla wybranych przez użytkownika punktów odniesienia ST, punktu J oraz linii bazowej R-R
26.	uruchomienie rejestracji przez przycisk zdarzeń lub automatycznie po 10 minutach
27.	funkcje oszczędności energii baterii
28.	rejestracja dwóch rodzajów zdarzeń
29.	filtr izolinii 0,05 Hz
30.	częstotliwość próbkowania: 2000 próbek/kanał
31.	zasilanie: 1 bateria AA lub akumulator
32.	instrukcja w języku polskim, paszport techniczny i karta gwarancyjna.
33.	oprogramowanie do analizy współpracujące z rejestratorem.
34.	aparat fabrycznie nowy, rok produkcji 2025
35.	w cenie, każdy aparat wyposażony w: etui na aparat, kable EKG (do każdego typu odprowadzeń), elektrody jednorazowe (50 szt), bateria zasilająca, karta pamięci.
36.	certyfikat MDR
37.	gwarancja: min. 12 miesięcy

### 3) otoskop – 2 szt.:

Lp.	Wymagane minimalne parametry i właściwości urządzenia
1.	2x4 diody LED – 3000K i 6000K
2.	dwa kolory oświetlenia
3.	szkiełko wizerne z 3-krotnym powiększeniem i funkcją blokowania
4.	dwuskładnikowy uchwyt (wzmocniony aluminium / włóknem szklanym)
5.	elektroniczny przycisk ON / OFF ze zmianą koloru światła
6.	baterie w komplecie
7.	zasilanie 2,5V bateryjne
8.	żywość diod LED: 100.000 godzin (nie jest konieczna wymiana lampy)
9.	gwarancja: min. 12 miesięcy

### 4) dermatoskop – 1 szt.:

Lp.	Wymagane minimalne parametry i właściwości urządzenia
1.	oświetlenie diodowe, temperatura koloru 5700 K, wskaźnik odwzorowania koloru (CRI) > 90
2.	homogeniczny układ oświetlenia spolaryzowanego (12 diod LED) i bez polaryzacji (6 diod LED), przełączanie przyciskiem wbudowanym w obudowę urządzenia
3.	achromatyczny system optyczny
4.	wbudowany układ kompensacji dioptrii – od około -4 do +4 dioptrii
5.	trzy poziomy jasności oświetlenia – wybór przez naciśnięcie przycisku wbudowanego w obudowę urządzenia
6.	soczewka o średnicy 32mm zapewniająca duże pole widzenia
7.	możliwa praca w trybie bezkontaktowym (przesiewowo) i kontaktowym z użyciem płytki kontaktowej (dla precyzyjnego badania)
8.	powiększenie 10x
9.	płytki kontaktowa z naniesioną podziałką milimetrową, nadająca się do sterylizacji
10.	płytki kontaktowa „mała” do oglądania zmian w miejscach trudnodostępnych
11.	zasilanie z baterii akumulatorowej wyposażonej w akumulator litowo-jonowy, sygnalizacja optyczna stanu baterii, ładowanie z ładowarki sieciowej z aprobatą medyczną, ze złączem micro-USB.
12.	połączenie bezprzewodowe przez iPhone’a, łącznik do smartfonów mocowany magnetycznie do dermatoskopu, aplikacja do wykonywania zdjęć i archiwizacji pod systemy iOS i Android

13.	etui na zamek błyskawiczny
14.	gwarancja: min. 36 miesięcy

**5) lampa UV bakterio- i wirusobójcza – 2 szt.:**

Lp.	Wymagane minimalne parametry i właściwości urządzenia
1.	funkcja przepływowej dezynfekcji powietrza
2.	funkcja dwukierunkowej bezpośredniej dezynfekcji powierzchni
3.	2 promienniki UV-C o mocy 55 W każdy, moc nominalna 110W, długość fali 254 nm
4.	licznik czasu pracy
5.	rodzaj światła: ultrafioletowe UV-C
6.	wydajność wentylatora: 150 m <sup>3</sup> /h
7.	filtr zatrzymujący kurz i pyły
8.	żywołność źródła światła: 9000h
9.	napięcie zasilające: 220-240V
10.	stopień szczelności: IP20
11.	przewód zasilający: min. 3 m
12.	włącznik on-off
13.	gwarancja: min. 24 miesiące

**6) pulsoksymetr – 5 szt.:**

Lp.	Wymagane minimalne parametry i właściwości urządzenia
1.	sposób pomiaru: oscylometryczny
2.	dokładność pomiaru pulsu: +/-2 odczytu
3.	zakres pomiarów pulsu: 30 - 254 uderzeń na minutę
4.	dotatkowe funkcje: automatyczne wyłączenie, pomiar saturacji (SpO2)
5.	zasilanie: 2 baterie AAA
6.	rodzaj: napalcowy
7.	wyposażenie dotatkowe: baterie, Instrukcja obsługi w języku polskim, Karta gwarancyjna, Smycz
8.	gwarancja: min. 24 miesiące

**7) termometr elektroniczny – 5 szt.:**

Lp.	Wymagane minimalne parametry i właściwości urządzenia
1.	termometr elektroniczny, miejsce pomiaru: ucho
2.	możliwość stosowania zarówno u dorosłych, jak i u dzieci, dostosowanie interpretacji wyniku do wieku
3.	czas pomiaru: 2 sek.
4.	dokładność pomiaru: 0.2 stopnie
5.	sygnał dźwiękowy końca pomiaru
6.	zasilanie: bateryjne, 2 baterie AA
7.	pamięć pomiaru: min. 9 ostatnich
8.	w zestawie: baterie, instrukcja obsługi w języku polskim, karta gwarancyjna
9.	gwarancja: min. 24 miesiące

**8) stetoskop (zwykły, internistyczny, pediatryczny) – 3 szt.:**

Lp.	Wymagane minimalne parametry i właściwości urządzenia
1.	rodzaj: classic/internistyczny
2.	membrana dwutonowa
3.	głowica dwustronna
4.	możliwość usłyszenia wysokich i niskich częstotliwości
5.	przewód jednokanałowy
6.	dwustronna głowica z przełączeniem trybu pracy
7.	pojedyncze światło przewodu
8.	elastyczny przewód słuchowy wykonany z silikonu, oliwki silikonowe
9.	możliwość dostrojenia dźwięku
10.	kolor do ustalenia
11.	długość całkowita pomiędzy 80 cm a 85 cm
12.	dotatkowe akcesoria: dwie pary oliwek w większym i mniejszym rozmiarze, pudełko na oliwki, zapasowa membrana, plakietka
13.	gwarancja: min. 36 miesięcy

**9) lodówka z monitoringiem temperatury – 1 szt.:**

Lp.	Wymagane minimalne parametry i właściwości urządzenia
1.	rodzaj: chłodziarka farmaceutyczna
2.	pojemność użytkowa 395 l
3.	drzwi przeszklone
4.	odszranianie automatyczne
5.	regulator mikroprocesorowy
6.	wyświetlacz LED
7.	otwór walidacyjny
8.	zestyk bezpotencjałowy
9.	samodomykacz drzwi
10.	zakres temperatury: 2~8°C
11.	dokładność temp. (°C): 0,1°C
12.	alarmy: dźwiękowy, optyczny, awarii zasilania, awarii czujnika, niedomknięcia drzwi, wysokiej temperatury, niskiej temperatury
13.	liczba półek 5
14.	port USB
15.	w zestawie UPS na min 7 godzin podtrzymania pracy
16.	gwarancja: min. 24 miesiące

**10) lampa diagnostyczna bezcieniowa – 1 szt.:**

Lp.	Wymagane minimalne parametry i właściwości urządzenia
1.	rodzaj: lampa mobilna na stelażu z kółkami jezdnyymi
2.	natężenie światła: 60 000 lux z odległości 0,5 m, regulacja natężenia oświetlenia
3.	bezdotykowa regulacja natężenia (3-stopniowa)
4.	regulowana temperatura barwowa: 3,5/4,0/4,5
5.	sterylizowalny uchwyt do manewrowania kopułą
6.	ruchoma konstrukcja: pełen obrót, wieloosiowe ustawienie
7.	średni czas żywotności diod: min. 50000 h
8.	średnica pola roboczego: 17cm

9.	wskaźnik oddawania barw: Ra 95
10.	przyrost temperatury w polu roboczym < 1 st. C
11.	pobór mocy: do 20W, zasilanie: 100-240V
12.	gwarancja: min. 24 miesiące

**11) aparat do pomiaru ciśnienia tętniczego krwi elektroniczny i/lub manualny w różnych rozmiarach w tym z kompletem mankietów dla dzieci – 10 szt.:**

Lp.	Wymagane minimalne parametry i właściwości urządzenia
1.	rodzaj: ciśnieniomierz naramienny
2.	możliwość wykonania 3 pomiarów za jednym razem
3.	wskaźnik AFib — wykrywa możliwość wystąpienia migotania przedsionków, wykrywa arytmie pulsu
4.	pamięć do 99 pomiarów
5.	wskaźnik prawidłowo założonego mankieta, rozpoznawanie błędnych pomiarów
6.	metoda pomiaru: oscylometryczna
7.	zakres ciśnienia: od 20 do 280 mmHg
8.	zakres pomiaru tętna: od 40 do 2000 uderzeń/min
9.	zakres wyświetlania ciśnienia w mankiecie: 0 – 299 mmHg
10.	dokładność: ciśnienie $\pm 3$ mmHg / tętno $\pm 5\%$ wyświetlanego odczytu
11.	zasilanie bateryjne / zasilacz
12.	w zestawie: ciśnieniomierz, mankiety naramienne (22-42 cm), baterie, instrukcja obsługi, pokrowiec do przechowywania, kabel USB, zasilacz
13.	gwarancja: min. 36 miesięcy

**12) wizualizator naczyński (skaner żył) – 1 szt.:**

Lp.	Wymagane minimalne parametry i właściwości urządzenia
1.	rodzaj: skaner żył z mobilnym uchwytem z regulacją pozycji
2.	tryb projekcji obrazu „pozytyw/negatyw” w tonacji koloru zielonego
3.	ilość standardowych procedur oglądania żył przy pełnym naładowaniu baterii: min. 60
4.	bezpieczna procedura iluminacji naczyń – brak bezpośredniego kontaktu urządzenia z pacjentem
5.	kolorowy wyświetlacz LCD (1,46”)
6.	urządzenie laserowe (laser klasy 1), w pełni zgodne z Dyrektywą Europejską 2002/364/EC
7.	ciągły czas pracy przy pełnym naładowaniu z włączonym światłem do podświetlania żył: do 180 min.
8.	zasilane baterią litowo – jonową o pojemności 3100 mAh o napięciu 3,5 – 3,7V (wyposażone w kompatybilną ładowarkę)
9.	czas ładowania baterii (do pełna) – do 3h
10.	w zestawie znajduje się mobilny uchwyt posiadający szeroki zakres regulacji wysokości oraz dodatkową funkcję umożliwiającą ładowanie
11.	gwarancja: min. 24 miesiące

**13) waga z analizatorem masy ciała – 1 szt.:**

Lp.	Wymagane minimalne parametry i właściwości urządzenia
1.	rodzaj: wieloczęstotliwościowy segmentowy analizator składu ciała z kolumną
2.	przechowywanie danych: 50 000 pomiarów
3.	parametry pomiaru: masa ciała, BMI, tkanka tłuszczowa (w kg i %), wskaźnik tkanki tłuszczowej wisceralnej, masa mięśniowa (w kg i %), zawartość wody (w kg i %), PPM
4.	możliwość pomiaru segmentowego i całego ciała
5.	maksymalne obciążenie 300 kg

6.	dokładność pomiaru 100 gram
7.	8-punktowa konstrukcja elektrody dotykowej
8.	wyświetlacz: kolorowy ekran dotykowy LCD 7" o rozdzielczości 800 x 480 pikseli, dostępne porty: Wi-fi, USB, Ethernet, Bluetooth, w zestawie specjalny przewód, za pomocą którego można podłączyć komputer do analizatora składu ciała o długości 3m
9.	technologia BIA: Wieloczęstotliwościowa - 5kHz/50kHz/250kHz
10.	gwarancja: min. 24 miesiące

#### 14) koncentrator tlenu – 1 szt.:

Lp.	Wymagane minimalne parametry i właściwości urządzenia
1.	koncentracja tlenu: min. 98%
2.	tryb pulsacyjny (pięć trybów pracy): 1 - 220 ml/min; 2 - 440 ml/min, 3 - 660 ml/min; 4 - 880 ml/min; 5 - 1000 ml/min
3.	poziom głośności: max. 45 dB
4.	czas pracy na baterii: maks. 4.5 h
5.	temperatura pracy: 5 °C do 35°C
6.	ciśnienie wyjściowe: 20 PSI
7.	wbudowany system kontroli (w tym autotest przy uruchomieniu) sygnalizujący ewentualne problemy za pomocą kontrolki na obudowie oraz sygnału dźwiękowego
8.	w zestawie: przenośny koncentrator, zasilacz, konwerter do gniazda ładowarki samochodowej, bateria, kaniula nosowa, kabel zasilający, instrukcja obsługi w języku polskim
9.	gwarancja: min. 24 miesiące

#### 15) bilirubinometr – 1 szt.:

Lp.	Wymagane minimalne parametry i właściwości urządzenia
1.	natychmiastowy pomiar – czas gotowości: 2 sekundy, wskaźnik gotowości: dioda LED
2.	błąd pomiaru: niskie - $\pm 1,0$ mg/dL, wysokie - $\pm 1,5$ mg/dL
3.	zakres pomiarowy 0 – 30 mg/ dl.
4.	pamięć min. 20 wyników
5.	kolorowy ekran LCD o wielkości min. 3"
6.	zasilanie: 2 baterie AA 1.5V
7.	możliwość korekcji kalibracji
8.	menu urządzenia i instrukcja obsługi w języku polskim, walizka transportowa
9.	gwarancja: min. 36 miesięcy

#### 16) system wysiłkowy do wykonywania elektrokardiograficznych badań wysiłkowych oraz badań spoczynkowych z możliwością generowania raportów, archiwizacją badań EKG, przeglądaniem oraz opisywaniem – 1 szt.:

Lp.	Wymagane minimalne parametry i właściwości urządzenia
1.	Rodzaj: rejestrator holterowski EKG do badań wysiłkowych i spoczynkowych
2.	Oprogramowanie HOLCARD z kluczem zabezpieczającym
3.	Analiza zapisu EKG w trybie prospektywnym i retrospektywnym
4.	Analiza arytmii pochodzenia komorowego i nadkomorowego
5.	Natychmiastowy dostęp do zapisu EKG z dowolnego poziomu analizy (tabele, trendy)
6.	Możliwość wykrywania, przeglądania, tworzenia ilościowych raportów w zakresie oceny: VE, S`SVE, P`SVT, Pazu, IRR VT, IVR, Tachy, Brady, Salwa, Bigeminia, Trigemini, Pary, R na T, uniesienia i obniżenia ST. Epizody ST, Max, Min, oraz Średni Rytm Serca, procentowy udział artefaktów w zapisie

7.	Edytor klasy umożliwiający łatwą edycję wszystkich pobudeń komorowych i nadkomorowych
8.	Tabelaryczna prezentacja danych liczbowych
9.	Prezentacja wyników w formie trendów w tym trójwymiarowe trendy ST i HRV
10.	Przygotowanie do druku automatycznie lub wybierane przez użytkownika wstęgi EKG wraz z ich etykietami
11.	Drukowanie całego zarejestrowanego sygnału EKG
12.	Niezależna analiza ST każdego kanału EKG dla wybranych przez użytkownika punktów odniesienia ST, punktu J oraz linii bazowej R-R
13.	Korzystanie z wielobarwnych prezentacji na ekranie
14.	Bezprzewodowa transmisja danych umożliwiająca podgląd zapisu EKG w czasie rzeczywistym
15.	Analiza zmienności rytmu w dziedzinie czasu i częstotliwości
16.	Analizy odstępu QT z prezentacją wyników w formie tabelarycznej graficznej
17.	Analiza pracy wszystkich typów rozruszników serca
18.	Pamięć zapis danych EKG na kartę: microSDHC
19.	Rejestracja sygnału EKG: 3 odprowadzenia (kabel 4 lub 7 elektrodowy); 12 odprowadzeń (kabel 10 elektrodowy)
20.	Rejestracja sygnału EKG okres 24 h; 48 h lub 7 dni
21.	Klawiatura: dotykowa, z przyciskami funkcyjnymi
22.	Wyświetlacz / ekran: OLED 1,27"
23.	Informacja o stanie rejestratora: trójkolorowa dioda i sygnalizacja dźwiękowa
24.	Menu: wyświetlane na ekranie, obsługa za pomocą klawiatury
25.	Zasilanie bateryjne
26.	gwarancja: min. 24 miesiące

**17) meble medyczne – leżanka medyczna – 3 szt.:**

Lp.	Wymagane minimalne parametry i właściwości urządzenia
1.	rodzaj: kozetka lekarska
2.	konstrukcja z rur stalowych, pokrytych lakierem proszkowym
3.	segmenty leża oraz zagłówka tapicerowane
4.	regulacja kąta pochylecia segmentu zagłówka za pomocą rastomatów
5.	koła jezdne z blokadą
6.	szerokość: 550 mm
7.	długość: 1880 mm
8.	wysokość: 550 mm
9.	kąt nachylenia wezglowia, +/- 40°
10.	dopuszczalne obciążenie: 180kg
11.	gwarancja: min. 6 miesięcy

**18) meble medyczne – stolik medyczny – 1 szt.:**

Lp.	Wymagane minimalne parametry i właściwości urządzenia
1.	rodzaj: stolik medyczny z misami
2.	koła jezdne z blokadą
3.	pojemniki ze stali nierdzewnej
4.	dodatkowe pojemniki na drobne odpady medyczne
5.	półki ze szkła hartowanego
6.	wysokość: 850mm
7.	długość: 750mm
8.	szerokość: 450mm

9.	gwarancja: min. 6 miesięcy
----	----------------------------

**19) meble medyczne – taboret medyczny – 5 szt.:**

Lp.	Wymagane minimalne parametry i właściwości urządzenia
1.	rodzaj: taboret medyczny
2.	5-ramienna podstawa z kółkami
3.	okrągłe siedzisko o grubości 10 cm
4.	mechanizm pneumatyczny regulujący wysokość siedziska (od 59 do 78 cm)
5.	chromowany podnóżek na stopy
6.	regulowane oparcie (zakres 80mm)
7.	gwarancja: min. 6 miesięcy

**20) meble medyczne – parawan medyczny – 2 szt.:**

Lp.	Wymagane minimalne parametry i właściwości urządzenia
1.	rodzaj: parawan medyczny jednoskrzydłowy
2.	konstrukcja metalowa malowana proszkowo
3.	wysokość: 1700 mm
4.	szerokość: 1000 mm
5.	układ jezdny z kółkami
6.	gwarancja: min. 6 miesięcy

**21) meble medyczne – sejf na narkotyki – 1 szt.:**

Lp.	Wymagane minimalne parametry i właściwości urządzenia
1.	rodzaj: sejf meblowy
2.	wymiary zewnętrzne (WxSxG): 300 x 400 x 400 mm, waga: 33 kg.
3.	pojemność 33 l
4.	otwory montażowe
5.	klasa S1 odporności na włamanie
6.	certyfikat typu 2 wg Rozporządzenia RM do przechowywania dokumentów niejawnych
7.	możliwość wyboru zamka: kluczowy, szyfrowy mechaniczny lub elektroniczny;
8.	korpus jednopłaszczyznowy z blachy stalowej 3 mm
9.	drzwi dwupłaszczyznowe z płytą stalową
10.	gwarancja: min. 24 miesiące

**22) meble medyczne – fotel lekarski – 10 szt.:**

Lp.	Wymagane minimalne parametry i właściwości urządzenia
1.	rodzaj: fotel lekarski
2.	siedzisko i oparcie tapicerowane tkaniną powlekaną zmywalną
3.	regulacja wysokości siedziska od 48 do 61 cm
4.	szerokość siedziska i oparcia: 48cm
5.	mechanizm: multiblock/synchro - blokowanie w wielu pozycjach
6.	kolumna i podstawa: chromowana
7.	5-ramienna podstawa o średnicy 60cm z kółkami
8.	podłokietnik regulowany (zakres 8 cm) z częścią chromowaną.
9.	gwarancja: min. 6 miesięcy

Jeżeli w opisie przedmiotu zamówienia występują nazwy własne (znaki towarowe), należy je traktować wyłącznie jako przykład produktu, który dokładnie odpowiada opisowi przedmiotu zamówienia i ma na celu określenie oczekiwanego przez Zamawiającego standardu. W każdym takim przypadku Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne opisywanym, pod warunkiem, że oferowany asortyment posiada parametry jakościowe, co najmniej takie same lub lepsze, jak asortyment opisany za ich pomocą przez Zamawiającego. Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne winien udowodnić Zamawiającego, że proponowane rozwiązania w równoważnym stopniu spełniają wymagania opisane w opisie przedmiotu zamówienia.

#### IV. Nazwy i kody opisujące przedmiot zamówienia (CPV):

---

33190000-8	Różne urządzenia i produkty medyczne
33192000-2	Meble medyczne
33112000-8	Sprzęt obrazujący pogłosowy, ultradźwiękowy i dopplerowski

#### V. Termin realizacji zamówienia:

---

Najpóźniej do 15.06.2025 roku.

#### VI. Warunki udziału w postępowaniu:

---

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy:

1. nie podlegają wykluczeniu:

- a) z postępowania o udzielenie zamówienia wykluczeni będą Wykonawcy powiązani osobowo / kapitałowo z Zamawiającym.

Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzaniem procedury wyboru Wykonawcy, a Wykonawcą, polegające w szczególności na:

- (1) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
  - (2) posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji,
  - (3) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
  - (4) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli,
  - (5) istnieniu relacji gospodarczych lub osobowych pomiędzy wykonawcą a beneficjentem, w ramach której jeden z wymienionych podmiotów wywiera dominujący wpływ na drugi, przy czym dominujący wpływ istnieje również wówczas, gdy beneficjent i wykonawca pozostają w takich relacjach z osobą fizyczną lub grupą osób fizycznych działających wspólnie.
- b) z postępowania o udzielenie zamówienia wykluczeni będą Wykonawcy umieszczeni (lub powiązani z nimi) na liście prowadzonej przez ministra właściwego do spraw wewnętrznych. Lista została opublikowana w Biuletynie Informacji Publicznej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji pod linkiem: <https://www.gov.pl/web/mswia/lista-osob-i-podmiotow-objetych-sankcjami>.

\* w przypadku ofert wspólnych (konsorcjum lub spółki cywilnej) bezwzględnie przedmiotowe oświadczenie w swoim imieniu składa każdy z Wykonawców.

Na potwierdzenie spełnienia powyższego warunku Wykonawca złoży wraz z ofertą wypełnione i podpisane oświadczenie stanowiące załącznik nr 2 do niniejszego zapytania.

2. spełniają warunki udziału w postępowaniu / kryteria dopuszczające:

Wykonawca powinien posiadać doświadczenie i wiedzę z zakresu objętego przedmiotem zamówienia.

## VII. Oświadczenia i dokumenty, jakie zobowiązani są dostarczyć wykonawcy:

1. Do oferty (formularza oferty) Wykonawca zobowiązany jest dołączyć:
  - a) formularz - opis przedmiotu oferty – załącznik nr 1a do niniejszego zapytania,
  - b) aktualne na dzień składania ofert oświadczenie – załącznik nr 2 do niniejszego zapytania,
  - c) formularz cenowy – załącznik nr 3 do niniejszego zapytania,
  - d) pełnomocnictwo do podpisania oferty, jeśli umocowanie do podpisania oferty nie wynika z dokumentów rejestrowych lub z innych dokumentów załączonych do oferty przez Wykonawcę.
2. Ocena spełnienia wyżej określonych warunków udziału w postępowaniu dokonana będzie w oparciu o złożone przez Wykonawcę dokumenty i oświadczenia.
3. Zamawiający dopuszcza możliwość jednokrotnego (dla danego dokumentu lub oświadczenia) wezwania Wykonawcy do uzupełnienia brakujących dokumentów i/lub oświadczeń. Oferent zobowiązany będzie do ich uzupełnienia w ciągu 3 dnia od otrzymania wezwania, które zostanie przekazane pisemnie lub drogą elektroniczną. W wezwaniu Zamawiający określi sposób złożenia uzupełnionych dokumentów. Oferty, które pomimo wezwania do uzupełnień nie spełnią wymogów formalnych, zostaną odrzucone przez Zamawiającego. Nie dopuszcza się możliwości zmiany warunków złożonej oferty. Zamawiający poprawi w ofercie oczywiste omyłki pisarskie i rachunkowe.
4. Zamawiający odrzuci ofertę Wykonawcy gdy:
  - a) Wykonawca nie wykazał spełnienia warunków udziału w postępowaniu,
  - b) Wykonawca podlega wykluczeniu,
  - c) treść oferty jest niezgodna z treścią zapytania ofertowego,
  - d) oferta wpłynęła po terminie składania ofert,
  - e) oferta jest niekompletna, brakuje wymaganych załączników, dokumentów, oświadczeń i braki te nie zostaną uzupełnione przez Wykonawcę w terminie wskazanym przez Zamawiającego,
  - f) Wykonawca złoży więcej niż jedną ofertę, bądź przedstawi rozwiązania wariantowe w ofercie.
5. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (np. konsorcjum, spółka cywilna), każdy z nich musi złożyć dokument wymieniony w punkcie 1 b) niniejszego rozdziału. Pozostałe dokumenty są traktowane jako wspólne. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia muszą ustanowić pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy. Do oferty należy dołączyć stosowne pełnomocnictwo, podpisane przez osoby upoważnione do składania oświadczeń woli każdego z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.

## VIII. Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty, wraz z podaniem wag tych kryteriów i sposobu oceny ofert:

1. Niniejszej ocenie podlegać będą wyłącznie oferty nie podlegające odrzuceniu. Przy dokonywaniu wyboru najkorzystniejszej oferty zamawiający stosować będzie następujące kryteria oceny ofert:

**Cena oferty brutto (P) - 100 %** przeliczana wskaźnikiem:

$$P = P_{min} / P_b \times 100$$

gdzie:

<b>P</b>	<b>Liczba punktów jaką otrzyma badana oferta za kryterium „Cena oferty brutto (P)”</b>
<b>P<sub>min</sub></b>	wartość ogółem stanowiąca sumę wszystkich cen dla wymienionego wyposażenia z oferty z najniższą sumą wszystkich cen
<b>P<sub>b</sub></b>	wartość ogółem stanowiąca sumę wszystkich cen dla wymienionego wyposażenia z oferty badanej

Oferta z najniższą ceną otrzyma 100 punktów.

Punkty przyznane w niniejszym kryterium zostaną zaokrąglone do dwóch miejsc po przecinku.

Zamawiający udzieli zamówienia wykonawcy, który spełni wszystkie warunki postawione w zapytaniu, a jego oferta zostanie oceniona jako najkorzystniejsza w oparciu o podane kryterium.

Jeżeli w prowadzonym postępowaniu nie można będzie dokonać wyboru najkorzystniejszej oferty ze względu na to, że zostały złożone oferty o takiej samej cenie Zamawiający wezwie wykonawców, którzy złożyli te oferty do złożenia w terminie określonym przez Zamawiającego ofert dodatkowych.

## IX. Termin związania ofertą:

1. Wykonawca jest związany ofertą 30 dni od terminu składania ofert. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.
2. W uzasadnionych przypadkach, przed upływem terminu związania ofertą, Zamawiający może zwrócić się do Wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu. Zamawiający może również przedłużyć termin związania ofertą na wniosek Wykonawcy.

## X. Opis sposobu przygotowywania oferty i obliczenia ceny:

1. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę. Złożenie większej liczby ofert spowoduje odrzucenie wszystkich ofert złożonych przez danego Wykonawcę. Treść oferty musi odpowiadać wymaganiom i treści zapytania ofertowego.
2. Wykonawca zobowiązany jest do realizacji całego przedmiotu zamówienia.
3. Ofertę składa się pod rygorem nieważności w formie pisemnej. Ofertę należy złożyć na Formularzu oferty (załącznik nr 1 do niniejszego zapytania). Do oferty należy dołączyć wszystkie dokumenty i oświadczenia określone w ust. VII niniejszego zapytania oraz inne niewymienione dokumenty, które zdaniem Wykonawcy

- są niezbędne (np. na potwierdzenie, że proponowane rozwiązania w równoważnym stopniu spełniają wymagania opisane w opisie przedmiotu zamówienia).
- Oferta musi być napisana w języku polskim, na maszynie do pisania, komputerze lub inną trwałą i czytelną techniką oraz podpisana przez osobę(y) upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy na zewnątrz i zaciągania zobowiązań w wysokości odpowiadającej cenie oferty.
  - W przypadku podpisania oferty oraz poświadczenia za zgodność z oryginałem kopii dokumentów przez osobę niewymienioną w dokumencie rejestracyjnym (ewidencyjnym) Wykonawcy, należy do oferty dołączyć stosowne pełnomocnictwo w oryginale lub kopii poświadczony notarialnie.
  - Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski. Dokumenty składające się na ofertę muszą być złożone w oryginale lub kserokopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem.
  - Wykonawca **poniesie wszelkie koszty związane** z przygotowaniem i złożeniem oferty.
  - Zaleca się, aby każda zapisana strona oferty była ponumerowana kolejnymi numerami, a cała oferta wraz z załącznikami była w trwały sposób ze sobą połączona (np. zbindowana, zszyta uniemożliwiając jej samoistną dekompletację), oraz zawierała spis treści.
  - Poprawki lub zmiany (również przy użyciu korektora) w ofercie, powinny być parafowane własnoręcznie przez osobę podpisującą ofertę.
  - Cena oferty zostanie wyliczona przez Wykonawcę na formularzu cenowym – załącznik nr 3 do niniejszego zapytania.
  - Łączna cena ofertowa brutto musi uwzględniać wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia oraz wzorem umowy.
  - Ceny muszą być podane i wyliczone w zaokrągleniu do dwóch miejsc po przecinku (zasada zaokrąglenia – poniżej 5 należy końcówkę pominąć, powyżej i równe 5 należy zaokrąglić w górę).
  - Cena oferty winna być wyrażona w złotych polskich.
  - Ceny jednostkowe określone przez Wykonawcę zawierają w sobie wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia, są stałe przez cały okres trwania umowy i nie podlegają zmianom, z wyjątkiem zmiany urzędowej stawki podatku VAT.
  - Wykonawca jest zobowiązany do wypełnienia i określenia wartości we wszystkich pozycjach formularza cenowego. Brak wypełnienia i określenia wartości spowoduje odrzucenie oferty.
  - Jeżeli w postępowaniu złożona będzie oferta, której wybór prowadziłby do powstania u zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, zamawiający w celu oceny takiej oferty doliczy do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek rozliczyć zgodnie z tymi przepisami.
  - Cena ofertowa jest wynagrodzeniem maksymalnym i nie stanowi podstawy do jakichkolwiek oszczędności ze strony Wykonawcy z chwilą zwiększenia kosztów Wykonawcy podczas realizacji przedmiotu zamówienia.

## **XI. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert:**

- Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie **w siedzibie Zamawiającego - LLP spółka z ograniczoną odpowiedzialnością ul. Krańcowa 2a, 66-100 Sulechów, nie później niż do dnia 25.04.2025 roku do godziny 12:00.**

Zamawiający dopuszcza możliwość złożenia oferty w postaci elektronicznej, w sytuacji, gdy będzie ona opatrzona bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego

certyfikatu / podpisem zaufanym / podpisem osobistym. Oferta w formie elektronicznej powinna zostać przesłana na adres poczty elektronicznej: [ejprojekty@gmail.com](mailto:ejprojekty@gmail.com) w tytule wiadomości należy wpisać: „Oferta w postępowaniu LLPS.01.04.2025.DS1”.

**Oferty otrzymane przez Zamawiającego po tym terminie zostaną zwrócone bez otwarcia.**

- Ofertę należy umieścić w zamkniętym opakowaniu, uniemożliwiającym odczytanie jego zawartości bez uszkodzenia tego opakowania. Opakowanie winno być oznaczone nazwą (firmą) i adresem Wykonawcy, zaadresowane do Zamawiającego na adres:

**LLP spółka z ograniczona odpowiedzialnością  
ul. Krańcowa 2a, 66-100 Sulechów**

oraz opisane:

Oferta w postępowaniu LLPS.01.04.2025.DS1:  
**„Dostawa sprzętu medycznego – część I”**

- Decydujące znaczenie dla oceny zachowania terminu składania ofert ma data i godzina wpływu oferty do Zamawiającego, a nie data jej wysłania przesyłką pocztową czy kurierską.
- Otwarcie ofert nastąpi bezpośrednio po upływie terminu do ich składania.
- Zamawiający informuje, iż oferty składane w niniejszym postępowaniu są jawne i podlegają udostępnieniu od chwili ich otwarcia, z wyjątkiem informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2022 r. Nr 1233), jeśli Wykonawca w terminie składania ofert zastrzegł, że nie mogą one być udostępniane i jednocześnie wykazał, iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa.
- Zamawiający zaleca, aby informacje zastrzeżone, jako tajemnica przedsiębiorstwa były przez Wykonawcę złożone w oddzielnej wewnętrznej kopercie z oznakowaniem „tajemnica przedsiębiorstwa”, lub spięte (zszyte) oddzielnie od pozostałych, jawnych elementów oferty. Brak jednoznacznego wskazania, które informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa oznaczać będzie, że wszelkie oświadczenia i zaświadczenia składane w trakcie niniejszego postępowania są jawne bez zastrzeżeń.
- Zastrzeżenie informacji, które nie stanowią tajemnicy przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji będzie traktowane, jako bezskuteczne i skutkować będzie zgodnie z uchwałą SN z 20 października 2005 (sygn. III CZP 74/05) ich odtajnieniem.
- Wykonawca może wprowadzić zmiany, poprawki, modyfikacje i uzupełnienia do złożonej oferty pod warunkiem, że Zamawiający otrzyma pisemne zawiadomienie o wprowadzeniu zmian przed terminem składania ofert. Powiadomienie o wprowadzeniu zmian musi być złożone wg takich samych zasad, jak składana oferta tj. w kopercie odpowiednio oznakowanej napisem „ZMIANA”. Koperty oznaczone „ZMIANA” zostaną otwarte przy otwieraniu oferty Wykonawcy, który wprowadził zmiany i po stwierdzeniu poprawności procedury dokonywania zmian, zostaną dołączone do oferty.
- Wykonawca ma prawo przed upływem terminu składania ofert wycofać się z postępowania poprzez złożenie pisemnego powiadomienia, według tych samych zasad jak wprowadzanie zmian i poprawek z napisem na kopercie „WYCOFANIE”. Koperty oznakowane w ten sposób będą otwierane w pierwszej kolejności po potwierdzeniu poprawności postępowania Wykonawcy oraz zgodności ze złożonymi ofertami. Koperty ofert wycofywanych nie będą otwierane.

## **XII. Informacje o sposobie porozumiewania się z Wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń lub dokumentów, a także wskazanie osób uprawnionych do porozumiewania się z Wykonawcami:**

1. Niniejsze postępowanie prowadzone jest w języku polskim.
2. Komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się za pośrednictwem operatora pocztowego, osobiście, za pośrednictwem posłańca lub przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, przy czym jeżeli Wykonawca ofertę wraz z załącznikami składa w postaci elektronicznej, musi być ona opatrzona bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu / podpisem zaufanym / podpisem osobistym.
3. Domniemywa się, iż pismo wysłane przez Zamawiającego/Wykonawcę na adres poczty elektronicznej podany przez Wykonawcę/Zamawiającego zostało doręczone w sposób umożliwiający zapoznanie się Wykonawcy/Zamawiającego z treścią pisma.
4. Osobami uprawnionymi przez Zamawiającego do porozumiewania się z Wykonawcami jest Ewa Juryk – e-mail: [ejprojekty@gmail.com](mailto:ejprojekty@gmail.com)

### **KORESPONDENCJA:**

*e-mail do korespondencji: [ejprojekty@gmail.com](mailto:ejprojekty@gmail.com)*

*adres strony internetowej: <https://cmtopmed.pl/sulechow/>*

*adres do korespondencji:*

*LLP spółka z ograniczoną odpowiedzialnością*

*ul. Krańcowa 2a, 66-100 Sulechów*

- Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści zapytania ofertowego, a Zamawiający zobowiązany jest udzielić odpowiedzi w terminie 3 dni roboczych pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści zapytania ofertowego wpłynie do Zamawiającego, nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa terminu składania ofert.
5. Pytania winny być składane na piśmie. Zamawiający udzieli odpowiedzi na piśmie jednocześnie upubliczniając pytanie i odpowiedź na stronie internetowej <https://cmtopmed.pl/sulechow/>.
  6. W uzasadnionych przypadkach Zamawiający może przed upływem terminu składania ofert zmodyfikować treść zapytania ofertowego. Wszelkie modyfikacje, uzupełnienia i ustalenia oraz zmiany, w tym zmiany terminów, jak również pytania Wykonawców wraz z wyjaśnieniami stają się integralną częścią zapytania ofertowego i będą wiążące przy składaniu ofert. Wszelkie prawa i zobowiązania Wykonawcy odnośnie wcześniej ustalonych terminów będą podlegały nowemu terminowi o ile taki zostanie wyznaczony.

## **XIII. Informacje o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego:**

1. Z prowadzonego postępowania sporządzony zostanie protokół. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta odpowiada wszystkim wymaganiom określonym w zapytaniu ofertowym i została oceniona jako najkorzystniejsza w oparciu o podane kryteria wyboru. Informację o wyniku postępowania, odrzuceniu oferty, nierozpatrzeniu oferty, Zamawiający zamieści na stronie internetowej <https://cmtopmed.pl/projekty-unijne/> oraz przekaże każdemu Wykonawcy, który złożył ofertę.

2. O miejscu i terminie podpisania umowy Zamawiający powiadomi wybranego Wykonawcę. Umowa zostanie podpisana najpóźniej do trzeciego dnia roboczego od daty umieszczenia przez Zamawiającego ogłoszenia o wyborze oferty najkorzystniejszej na stronie internetowej, o której mowa w pkt. 1.
3. Dwukrotne nieusprawiedliwione przez Wykonawcę niestawienie się w wyznaczonym miejscu i terminie do podpisania umowy uznane zostanie za uchylanie się od zawarcia umowy i upoważni Zamawiającego do udzielenia zamówienia kolejnemu Wykonawcy, który w postępowaniu o udzielenie zamówienia uzyskał kolejną najwyższą liczbę punktów. Zamawiający może udzielić zamówienia kolejnemu Wykonawcy również wówczas, gdy pierwotnie wybrany Wykonawca odstąpił od realizacji zamówienia.
4. Osoby reprezentujące Wykonawcę przy podpisywaniu umowy powinny posiadać ze sobą dokumenty potwierdzające ich umocowanie do podpisania umowy, o ile umocowanie to nie będzie wynikać z dokumentów załączonych do oferty.
5. Przed zawarciem umowy Wykonawca prześle Zamawiającemu nazwę i adres firmy, która będzie wykonywała na rzecz Zamawiającego usługi serwisowe.
6. Przed podpisaniem Umowy, wybrany Wykonawca prześle Zamawiającemu informacje niezbędne do wpisania do treści Umowy, np. imiona i nazwiska uprawnionych osób, które będą reprezentować Wykonawcę przy podpisaniu umowy, koordynacji itp.

**XIV. Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, ogólne warunki umowy albo wzór umowy, jeżeli Zamawiający wymaga od Wykonawcy, aby zawarł z nim umowę w sprawie zamówienia publicznego na takich warunkach:**

- 
1. Wzór umowy stanowi załącznik nr 4 do niniejszego zapytania.
  2. Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmian postanowień zawartej umowy w zakresie i na zasadach wskazanych we wzorze umowy stanowiącym załącznik nr 4 do niniejszego zapytania.

**XV. Postanowienia końcowe:**

- 
1. Zamawiający zastrzega sobie prawo od odstąpienia od prowadzenia niniejszego postępowania bez podania przyczyny w szczególności w przypadku zaistnienia okoliczności nieznanymi Zamawiającemu w dniu sporządzenia niniejszego zapytania ofertowego, prawo zamknięcia niniejszego postępowania bez wybrania którejkolwiek z ofert w sytuacji, gdy oferta najkorzystniejsza przekracza możliwości finansowe Zamawiającego, ponadto Zamawiający może zamknąć prowadzone postępowanie bez dokonania wyboru oferty, gdy żadna ze złożonych ofert nie odpowiada warunkom postępowania.
  2. Wykonawcy uczestniczą w prowadzonym postępowaniu na własne ryzyko i koszt, nie przysługują im żadne roszczenia z tytułu odstąpienia przez Zamawiającego od prowadzonego postępowania.
  3. Zamawiający zastrzega sobie prawo do sprawdzenia w toku oceny ofert wiarygodności przedstawionych przez Wykonawców dokumentów, wykazów, danych i informacji.
  4. Zamawiający **nie dopuszcza** możliwości składania ofert częściowych i wariantowych.
  5. Zamawiający **nie przewiduje** zawarcia umowy ramowej.
  6. Zamawiający **nie przewiduje** zwrotu kosztów udziału w postępowaniu.
  7. Zamawiający **nie przewiduje** udzielenia zaliczek na poczet wykonania zamówienia.

8. Zamawiający unieważni postępowanie w szczególności, gdy:
- nie złożono żadnej oferty nie podlegającej odrzuceniu,
  - cena najkorzystniejszej oferty przekracza kwotę, jaką Zamawiający zamierzał przeznaczyć na realizację zamówienia, chyba, że Zamawiający zdecyduje zwiększyć tę kwotę do ceny najkorzystniejszej oferty,
  - w wyniku zmiany obiektywnych warunków realizacja zamówienia nie leży w interesie Zamawiającego,
  - postępowanie jest obciążone istotną wadą uniemożliwiającą zawarcie umowy.
9. Właściwym sądem do rozstrzygnięcia sporów jest sąd okręgowy właściwy według siedziby Zamawiającego.

#### 10. KLAUZULA INFORMACYJNA RODO:

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016), dalej „RODO”, informuję, że:

- administratorem Pani/Pana danych osobowych jest LLP spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, ul. Krańcowa 2a, 66-100 Sulechów, tel. 606 895 708, e-mail: a.golik@cmtopmed.pl;
- u Zamawiającego wyznaczono Inspektora Ochrony Danych Osobowych, z którym można skontaktować się za pośrednictwem adresu e mail: a.golik@cmtopmed.pl;
- Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę sprzętu medycznego – część 1, znak sprawy: LLPS.01.04.2025.DS1;
- w niektórych sytuacjach Zamawiający może przekazywać Pani/Pana dane osobowe osobom trzecim, jeśli będzie to konieczne do dochodzenia praw i obowiązków wynikających z umowy lub obowiązujących przepisów prawa;
- Pani/Pana dane osobowe będą przekazywane wyłącznie osobom upoważnionym przez Zamawiającego tj. pracownikom i współpracownikom Zamawiającego, którzy muszą mieć dostęp do danych aby wykonywać swoje obowiązki, podmiotom przetwarzającym, którym Zamawiający zleci to zadanie, innym odbiorcom danych np. kurierom (lub placówkom pocztowym), kancelariom prawnym lub instytucjom upoważnionym z mocy prawa do otrzymania przedmiotowych danych;
- odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą ponadto osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o przepisy powszechnie obowiązującego prawa;
- Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy oraz przez okres wykonywania przez Zamawiającego ciężących na nim obowiązków prawnych, w którym przepisy prawa nakazują Zamawiającemu przechowywać dane osobowe, w którym Zamawiający może ponieść konsekwencje prawne niewykonania obowiązków wynikających z przepisów prawa oraz ustalenia, obrony, dochodzenia roszczeń i wiarytelności przez Zamawiającego;
- obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych pochodzących bezpośrednio od Pani/Pana dotyczących: imienia i nazwiska, miejsca zamieszkania, jest wymogiem umownym związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa – tj. ich niepodanie uniemożliwia udział w w/w postępowaniu;
- w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;

j) posiada Pani/Pan:

- na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;
- na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych<sup>1</sup>;
- na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO<sup>2</sup>;
- prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;

k) nie przysługuje Pani/Panu:

- prawo do usunięcia danych osobowych, o ile zostały spełnione przesłanki wskazane w art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO;
- prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
- na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. b RODO.

#### **Załączniki:**

1. Załącznik nr 1 – wzór formularza oferty.
2. Załącznik nr 1a – wzór formularza opis przedmiotu oferty.
3. Załącznik nr 2 – wzór oświadczenia.
4. Załącznik nr 3 – wzór formularza cenowego.
5. Załącznik nr 4 – wzór umowy.

Załącznik nr 1

.....  
(miejsowość, data)

.....  
(Pieczęć wykonawcy)

## FORMULARZ OFERTY

**LLP Sp. z o. o.**  
**ul. Krańcowa 2a**  
**66-100 Sulechów**

W odpowiedzi na zapytanie ofertowe pod nazwą „Dostawa sprzętu medycznego – część 1” (oznaczenie sprawy: LLPS.01.04.2025.DS1):

- OFERUJEMY** wykonanie całości przedmiotu zamówienia w zakresie określonym w zapytaniu ofertowym za cenę ryczałtową brutto ..... zł (słownie: .....)  
zgodnie z wypełnionym formularzem cenowym stanowiącym załącznik nr 3 do zapytania ofertowego.
- OŚWIADCZAMY**, że posiadamy wszystkie informacje potrzebne do prawidłowego przygotowania oferty, spełniamy wszystkie warunki udziału w niniejszym postępowaniu i nie podlegamy wykluczeniu z postępowania o udzielenie niniejszego zamówienia.
- OŚWIADCZAMY**, że posiadamy doświadczenie i wiedzę z zakresu objętego przedmiotem zamówienia niezbędne do jego prawidłowego wykonania zgodnie z wymaganiami Zamawiającego zawartymi w zapytaniu ofertowym.
- OŚWIADCZAMY**, że dostawy objęte zamówieniem wykonamy w terminie określonym w zapytaniu ofertowym.
- OŚWIADCZAMY**, iż w ramach wszystkich dostarczanych elementów udzielamy gwarancji na przedmiot umowy według danych z poniższej tabeli:

L.p.	Elementy przedmiotu zamówienia	Okres gwarancji (w miesiącach)
1.	Holter ciśnieniowy - min. 12 m-cy	
2.	Holter ekg - min. 12 m-cy	
3.	Otoskop - min. 12 m-cy	

4.	<b>Dermatoskop</b> - min. 36 m-cy	
5.	<b>Lampa UV bakterio- i wirusobójcza</b> - min. 24 m-ce	
6.	<b>Pulsoksymetr</b> - min. 24 m-ce	
7.	<b>Termometr elektroniczny</b> - min. 24 m-ce	
8.	<b>Stetoskop (zwykły, internistyczny, pediatryczny)</b> - min. 36 m-cy	
9.	<b>Lodówka z monitoringiem temperatury</b> - min. 24 m-ce	
10.	<b>Lampa diagnostyczna bezcieniowa</b> - min. 24 m-ce	
11.	<b>Aparat do pomiaru ciśnienia tętniczego krwi elektroniczny i/lub manualny w różnych rozmiarach w tym z kompletem mankietów dla dzieci</b> - min. 36 m-cy	
12.	<b>Wizualizator naczyniowy (skaner żył)</b> - min. 24 m-ce	
13.	<b>Waga z analizatorem masy ciała</b> - min. 24 m-ce	
14.	<b>Koncentrator tlenu</b> - min. 24 m-ce	
15.	<b>Bilirubinometr</b> - min. 36 m-cy	
16.	<b>System wysiłkowy do wykonywania elektrokardiograficznych badań wysiłkowych oraz badań spoczynkowych z możliwością generowania raportów, archiwizacją badań EKG, przeglądaniem oraz opisywaniem</b> - min. 24 m-ce	
17.	<b>Meble medyczne – leżanka medyczna</b> - min. 6 m-cy	
18.	<b>Meble medyczne – stół medyczny</b> - min. 6 m-cy	
19.	<b>Meble medyczne – taboret medyczny</b> - min. 6 m-cy	
20.	<b>Meble medyczne – parawan medyczny</b> - min. 6 m-cy	
21.	<b>Meble medyczne – sejf na narkotyki</b> - min. 24 m-ce	
22.	<b>Meble medyczne – fotel lekarski</b> - min. 6 m-cy	

6. **OŚWIADCZAMY**, że zapoznaliśmy się z zapytaniem ofertowym oraz wyjaśnieniami i zmianami przekazanymi przez Zamawiającego i uznajemy się za związanych określonymi w nich zasadami postępowania.
7. **OŚWIADCZAMY**, że uważamy się za związanych niniejszą ofertą na czas wskazany w zapytaniu ofertowym.
8. **AKCEPTUJEMY** warunki płatności określone przez Zamawiającego w zapytaniu ofertowym i projekcie umowy.

9. **OŚWIADCZAMY**, że zapoznaliśmy się z postanowieniami umowy, które zostały zawarte w zapytaniu ofertowym i zobowiązujemy się w przypadku wyboru naszej oferty do zawarcia umowy na warunkach, w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.

10. **DOSTAWY** objęte zamówieniem wykonamy sami\* / przy współudziale podwykonawców\*. Podwykonawcom zostanie powierzona realizacja następującego zakresu zamówienia:

Nazwa i adres Podwykonawcy (podać o ile to wiadome na etapie składania oferty)	Zakres powierzony do wykonania podwykonawcy
..... .....	..... .....

\*niepotrzebne skreślić

11. **OŚWIADCZAMY**, iż w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, polegamy na zasobach podmiotów trzecich wskazanych poniżej:

Nazwa i adres Podmiotu udostępniającego zasoby	Zakres udostępnionych zasobów
..... .....	zdolności zawodowe* lub sytuacja ekonomiczna*

12. **OŚWIADCZAMY**, że wypełniliśmy obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1) wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskaliśmy w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia w niniejszym postępowaniu.\*\*

\*\* W przypadku, gdy Wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niż bezpośrednio jego dotyczących lub zachodzi wyłączenie stosowania obowiązku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO treści oświadczenia wykonawca nie składa. Należy wówczas niniejsze oświadczenie wykreślić.

13. **INFORMUJEMY\*\*\***, iż wybór oferty będzie prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego w odniesieniu do następujących towarów lub usług .....  
(podać nazwę, rodzaj), których dostawa lub świadczenie będzie prowadzić do jego powstania. Wartość towaru lub usług powodująca obowiązek podatkowy u Zamawiającego to ..... zł netto\*.

\*\*\*dotyczy Wykonawców, których oferty będą generować obowiązek doliczania wartości podatku VAT do wartości netto oferty, tj. w przypadku:

- wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów,
- mechanizmu odwróconego obciążenia, o którym mowa w art. 17 ust. 1 pkt 7 ustawy o podatku od towarów i usług,
- importu usług lub importu towarów, z którymi wiąże się obowiązek doliczenia przez Zamawiającego podatku VAT przy porównywaniu cen ofertowych.

**14. Dane wykonawcy:**

*miejsowość, kod:* .....

*ulica:* .....

*województwo:* .....

*telefony:* .....

*fax.:* .....

*e-mail:* .....

*adres do korespondencji:*.....

**15. Załącznikami do niniejszej oferty są:**

- a. ....
- b. ....

Podpisano:

.....  
*(czytelny podpis upelnomocnionego przedstawiciela  
lub imienna pieczętka + podpis)*

Załącznik nr 1a

.....  
(pieczęć podmiotu)

## FORMULARZ – OPIS PRZEDMIOTU OFERTY

„Dostawa sprzętu medycznego – część 1” (oznaczenie sprawy: LLPS.01.04.2025.DS1):

Lp.	Wymagane minimalne parametry techniczne urządzenia	Potwierdzam, że oferowany przedmiot spełnia wszystkie wymagania Zamawiającego wynikające z Opisu Przedmiotu Zamówienia <i>Wykonawca zobowiązany jest do potwierdzenia, że oferowany przedmiot spełnia wymagania (w każdym wierszu należy wpisać „TAK”)</i>	Oferowany parametr (podać zakres i opisać, jeśli dotyczy)
I	<b>Holter ciśnieniowy</b>		
1.	producent, nazwa, typ:		
2.	rok produkcji (urządzenie fabrycznie nowe)		
3.	rejestrator RR do długotrwałego monitorowania ciśnienia tętniczego krwi metoda oscylometryczną		
4.	tryb pracy: pediatryczny, dorosły		
5.	zakres mierzonego ciśnienia min. od 0 do 300 mm/Hg		
6.	automatyczne dobieranie ciśnienia		
7.	przycisk na urządzeniu umożliwiający pomiar na żądanie		
8.	zasilanie: baterie alkaliczne lub akumulatorki- 2 szt.		
9.	kontrola stanu baterii. Wyświetlana informacja o ilości dni pomiarowych do wyczerpania baterii.		
10.	oszczędność energii w trybie wielogodzinnej rejestracji (zastosowanie głębokiego uśpienia)		
11.	wewnętrzny zegar czasu rzeczywistego		
12.	wyświetlacz do odczytu ostatniego badania ciśnienia oraz klawiatura funkcyjna		
13.	połączenie z komputerem poprzez kabel USB		
14.	możliwość podziału doby na 6 podokresów pomiarowych		
15.	możliwość stworzenia indywidualnego planu pomiarowego		

II	Holter ekg		
1.	producent, nazwa, typ:		
2.	kompletny rejestrator holterowski EKG 3,12 odprowadzeniowy z możliwością wymiany kabli, tj. gotowy do eksploatacji (bez żadnych dodatkowych inwestycji ze strony Zamawiającego).		
3.	podgląd przebiegu EKG w trybie komunikacji bezprzewodowej		
4.	zapis na kartę micro SDHC		
5.	detekcja odpiętej elektrody w trybie konfiguracji		
6.	rejestracja sygnału EKG przez okres 24 h, 48h lub 7 dni		
7.	kolorowy wyświetlacz, oraz menu wyświetlane na ekranie umożliwiające obsługę za pomocą klawiatury		
8.	możliwość podglądu danych pacjenta		
9.	sygnalizacja uszkodzonej karty microSDHC, wyczerpanej baterii, INOP		
10.	trójkolorowa dioda i sygnalizacja dźwiękowa informująca o stanie rejestratora		
11.	opcje zmiany parametrów: tryb wyświetlania grup, tryb wyświetlania pojedynczych odprowadzeń, typ badania (24-godzinne, 48-godzinne, 7-dniowe), data i godzina, tryb online (możliwość podłączenia bezprzewodowego), język interfejsu		
12.	dołączenie imienia i nazwiska pacjenta do zapisu przebiegu EKG		
13.	możliwość uruchomienia rejestracji poprzez komunikację bezprzewodową		
14.	możliwość drukowania całego sygnału EKG		
15.	automatyczne drukowanie		
16.	możliwość analizy retrospektywnej i prospektywnej		
17.	analiza arytmii pochodzenia komorowego i nadkomorowego		
18.	prezentacja wyników w formie trendów w tym trójwymiarowe trendy ST i HRV		
19.	analiza pracy rozrusznika serca		
20.	bezprzewodowa transmisja danych umożliwiająca podgląd zapisu EKG w czasie rzeczywistym		
21.	wybieranie do druku przez użytkownika wstęgi EKG wraz z ich etykietami		
22.	możliwość wykrywania, przeglądania, tworzenia ilościowych raportów w zakresie oceny: VE, S'SVE, P'SVT, Pauz, IRR VT, IVR, Tachy, Brady, Salwa, Bigeminia, Trigeminią, Pary, R na T, uniesienia i obniżenia ST. Epizody ST, Max, Min, oraz Średni Rytm Serca, procentowy udział artefaktów w zapisie		
23.	edytor klasy umożliwiający łatwą edycję wszystkich pobudzeń komorowych i nadkomorowych		
24.	tabelaryczna prezentacja danych liczbowych		
25.	możliwość drukowania raportów badań		

26.	niezależna analiza ST każdego kanału EKG dla wybranych przez użytkownika punktów odniesienia ST, punktu J oraz linii bazowej R-R		
27.	uruchomienie rejestracji przez przycisk zdarzeń lub automatycznie po 10 minutach		
28.	funkcje oszczędności energii baterii		
29.	rejestracja dwóch rodzajów zdarzeń		
30.	filtr izolinii 0,05 Hz		
31.	częstotliwość próbkowania: 2000 próbek/kanal		
32.	zasilanie: 1 bateria AA lub akumulator		
33.	instrukcja w języku polskim, paszport techniczny i karta gwarancyjna.		
34.	oprogramowanie do analizy współpracujące z rejestratorem.		
35.	aparat fabrycznie nowy , rok produkcji 2025		
36.	w cenie, każdy aparat wyposażony w: etui na aparat, kable EKG (do każdego typu odprowadzeń), elektrody jednorazowe (50 szt), bateria zasilająca, karta pamięci.		
37.	certyfiat MDR		
<b>III</b>	<b>Otoskop</b>		
1.	producent, nazwa, typ:		
2.	2x4 diody LED – 3000K i 6000K		
3.	dwa kolory oświetlenia		
4.	szkiełko wzierne z 3-krotnym powiększeniem i funkcją blokowania		
5.	dwuskładnikowy uchwyt (wzmocniony aluminium / włóknem szklanym)		
6.	elektroniczny przycisk ON / OFF ze zmianą koloru światła		
7.	baterie w komplecie		
8.	zasilanie 2,5V bateryjne		
9.	żywoćność diod LED: 100.000 godzin (nie jest konieczna wymiana lampy)		
<b>IV</b>	<b>Dermatoskop</b>		
1.	producent, nazwa, typ:		
2.	oświetlenie diodowe, temperatura koloru 5700 K, wskaźnik odwzorowania koloru (CRI) > 90		
3.	homogeniczny układ oświetlenia spolaryzowanego (12 diod LED) i bez polaryzacji (6 diod LED), przełączanie przyciskiem wbudowanym w obudowę urządzenia		
4.	achromatyczny system optyczny		
5.	wbudowany układ kompensacji dioptrii – od około -4 do +4 dioptrii		
6.	trzy poziomy jasności oświetlenia – wybór przez naciśnięcie przycisku wbudowanego w obudowę urządzenia		
7.	soczewka o średnicy 32mm zapewniająca duże pole widzenia		

8.	możliwa praca w trybie bezkontaktowym (przesiewowo) i kontaktowym z użyciem płytki kontaktowej (dla precyzyjnego badania)		
9.	powiększenie 10x		
10.	płytką kontaktową z naniesioną podziałką milimetrową, nadająca się do sterylizacji		
11.	płytką kontaktową „małą” do oglądania zmian w miejscach trudnodostępnych		
12.	zasilanie z baterii akumulatorowej wyposażonej w akumulator litowo-jonowy, sygnalizacja optyczna stanu baterii, ładowanie z ładowarki sieciowej z aprobatą medyczną, ze złączem micro-USB.		
13.	połączenie bezprzewodowe przez iPhone'a, łącznik do smartfonów mocowany magnetycznie do dermatoskopu, aplikacja do wykonywania zdjęć i archiwizacji pod systemy iOS i Android		
14.	etui na zamek błyskawiczny		
<b>V</b>	<b>Lampa UV bakterio- i wirusobójcza</b>		
1.	producent, nazwa, typ:		
2.	funkcja przepływowej dezynfekcji powietrza		
3.	funkcja dwukierunkowej bezpośredniej dezynfekcji powierzchni		
4.	2 promienniki UV-C o mocy 55 W każdy, moc nominalna 110W, długość fali 254 nm		
5.	licznik czasu pracy		
6.	rodzaj światła: ultrafioletowe UV-C		
7.	wydajność wentylatora: 150 m <sup>3</sup> /h		
8.	filtr zatrzymujący kurz i pyły		
9.	żywołność źródła światła: 9000h		
10.	napięcie zasilające: 220-240V		
11.	stopień szczelności: IP20		
12.	przewód zasilający: min. 3 m		
13.	włącznik on-off		
<b>VI</b>	<b>Pulsoksymetr</b>		
1.	producent, nazwa, typ:		
2.	sposób pomiaru: oscylometryczny		
3.	dokładność pomiaru pulsu: +/-2 odczytu		
4.	zakres pomiarów pulsu: 30 - 254 uderzeń na minutę		
5.	dodatkowe funkcje: automatyczne wyłączenie, pomiar saturacji (SpO <sub>2</sub> )		
6.	zasilanie: 2 baterie AAA		
7.	rodzaj: napalcowy		
8.	wyposażenie dodatkowe: baterie, Instrukcja obsługi w języku polskim, Karta gwarancyjna, Smycz		
<b>VII</b>	<b>Termometr elektroniczny</b>		

1.	producent, nazwa, typ:		
2.	termometr elektroniczny, miejsce pomiaru: ucho		
3.	możliwość stosowania zarówno u dorosłych, jak i u dzieci, dostosowanie interpretacji wyniku do wieku		
4.	czas pomiaru: 2 sek.		
5.	dokładność pomiaru: 0.2 stopnie		
6.	sygnał dźwiękowy końca pomiaru		
7.	zasilanie: bateryjne, 2 baterie AA		
8.	pamięć pomiaru: min. 9 ostatnich		
9.	w zestawie: baterie, instrukcja obsługi w języku polskim, karta gwarancyjna		
<b>VIII</b>	<b>Stetoskop (zwykły, internistyczny, pediatryczny)</b>		
1.	producent, nazwa, typ:		
2.	rodzaj: classic/internistyczny		
3.	membrana dwutonowa		
4.	głowica dwustronna		
5.	możliwość usłyszenia wysokich i niskich częstotliwości		
6.	przewód jednokanałowy		
7.	dwustronna głowica z przełączeniem trybu pracy		
8.	pojedyncze światło przewodu		
9.	elastyczny przewód słuchowy wykonany z silikonu, oliwki silikonowe		
10.	możliwość dostrojenia dźwięku		
11.	kolor do ustalenia		
12.	długość całkowita pomiędzy 80 cm a 85 cm		
13.	dotychczasowe akcesoria: dwie pary oliwek w większym i mniejszym rozmiarze, pudełko na oliwki, zapasowa membrana, plakietka		
<b>IX</b>	<b>Lodówka z monitoringiem temperatury</b>		
1.	producent, nazwa, typ:		
2.	rodzaj: chłodziarka farmaceutyczna		
3.	pojemność użytkowa 395 l		
4.	drzwi przeszklone		
5.	odszeranie automatyczne		
6.	regulator mikroprocesorowy		
7.	wyświetlacz LED		
8.	otwór walidacyjny		
9.	zestyk bezpotencjałowy		
10.	samodomykacz drzwi		
11.	zakres temperatury: 2~8°C		

12.	dokładność temp. (°C): 0,1°C		
13.	alarmy: dźwiękowy, optyczny, awarii zasilania, awarii czujnika, niedomknięcia drzwi, wysokiej temperatury, niskiej temperatury		
14.	liczba półek 5		
15.	port USB		
16.	w zestawie UPS na min 7 godzin podtrzymania pracy		
<b>X</b>	<b>Lampa diagnostyczna bezcieniowa</b>		
1.	producent, nazwa, typ:		
2.	rodzaj: lampa mobilna na stelażu z kółkami jezdnyymi		
3.	natężenie światła: 60 000 lux z odległości 0,5 m, regulacja natężenia oświetlenia		
4.	bezdotykowa regulacja natężenia (3-stopniowa)		
5.	regulowana temperatura barwowa: 3,5/4,0/4,5		
6.	sterylizowalny uchwyt do manewrowania kopułą		
7.	ruchoma konstrukcja: pełen obrót, wieloosiowe ustawienie		
8.	średni czas żywotności diod: min. 50000 h		
9.	średnica pola roboczego: 17cm		
10.	wskaźnik oddawania barw: Ra 95		
11.	przyrost temperatury w polu roboczym < 1 st. C		
12.	pobór mocy: do 20W, zasilanie: 100-240V		
<b>XI</b>	<b>Aparat do pomiaru ciśnienia tętniczego krwi elektroniczny i/lub manualny w różnych rozmiarach w tym z kompletem mankietów dla dzieci</b>		
1.	producent, nazwa, typ:		
2.	rodzaj: ciśnieniomierz naramienny		
3.	możliwość wykonania 3 pomiarów za jednym razem		
4.	wskaźnik AFib — wykrywa możliwość wystąpienia migotania przedsionków, wykrywa arytmie puls		
5.	pamięć do 99 pomiarów		
6.	wskaźnik prawidłowo założonego mankieta, rozpoznawanie błędnych pomiarów		
7.	metoda pomiaru: oscylometryczna		
8.	zakres ciśnienia: od 20 do 280 mmHg		
9.	zakres pomiaru tętna: od 40 do 2000 uderzeń/min		
10.	zakres wyświetlania ciśnienia w mankiecie: 0 – 299 mmHg		
11.	dokładność: ciśnienie ±3 mmHg / tętno ±5% wyświetlanego odczytu		
12.	zasilanie bateryjne / zasilacz		
13.	w zestawie: ciśnieniomierz, mankieta naramienna (22-42 cm), baterie, instrukcja obsługi, pokrowiec do przechowywania, kabel USB, zasilacz		

<b>XII</b>	<b>Wizualizator naczyńowy (skaner żył)</b>		
1.	producent, nazwa, typ:		
2.	rodzaj: skaner żył z mobilnym uchwytem z regulacją pozycji		
3.	tryb projekcji obrazu „pozytyw/negatyw” w tonacji koloru zielonego		
4.	ilość standardowych procedur oglądania żył przy pełnym naładowaniu baterii: min. 60		
5.	bezpieczna procedura iluminacji naczyń – brak bezpośredniego kontaktu urządzenia z pacjentem		
6.	kolorowy wyświetlacz LCD (1,46”)		
7.	urządzenie laserowe (laser klasy 1), w pełni zgodne z Dyrektywą Europejską 2002/364/EC		
8.	ciągły czas pracy przy pełnym naładowaniu z włączonym światłem do podświetlania żył: do 180 min.		
9.	zasilane baterią litowo – jonową o pojemności 3100 mAh o napięciu 3,5 – 3,7V (wyposażone w kompatybilną ładowarkę)		
10.	czas ładowania baterii (do pełna) – do 3h		
11.	w zestawie znajduje się mobilny uchwyt posiadający szeroki zakres regulacji wysokości oraz dodatkową funkcję umożliwiającą ładowanie		
<b>XIII</b>	<b>Waga z analizatorem masy ciała</b>		
1.	producent, nazwa, typ:		
2.	rodzaj: wieloczęstotliwościowy segmentowy analizator składu ciała z kolumną		
3.	przechowywanie danych: 50 000 pomiarów		
4.	parametry pomiaru: masa ciała, BMI, tkanka tłuszczowa (w kg i %), wskaźnik tkanki tłuszczowej wisceralnej, masa mięśniowa (w kg i %), zawartość wody (w kg i %), PPM		
5.	możliwość pomiaru segmentowego i całego ciała		
6.	maksymalne obciążenie 300 kg		
7.	dokładność pomiaru 100 gram		
8.	8-punktowa konstrukcja elektrody dotykowej		
9.	wyświetlacz: kolorowy ekran dotykowy LCD 7” o rozdzielczości 800 x 480 pikseli, dostępne porty: Wi-fi, USB, Ethernet, Bluetooth, w zestawie specjalny przewód, za pomocą którego można podłączyć komputer do analizatora składu ciała o długości 3m		
10.	technologia BIA: Wieloczęstotliwościowa - 5kHz/50kHz/250kHz		
<b>XIV</b>	<b>Koncentrator tlenu</b>		
1.	producent, nazwa, typ:		
2.	koncentracja tlenu: min. 98%		
3.	tryb pulsacyjny (pięć trybów pracy): 1 - 220 ml/min; 2 - 440 ml/min, 3 - 660 ml/min; 4 - 880 ml/min; 5 - 1000 ml/min		
4.	poziom głośności: max. 45 dB		

5.	czas pracy na baterii: maks. 4.5 h		
6.	temperatura pracy: 5 °C do 35°C		
7.	ciśnienie wyjściowe: 20 PSI		
8.	wbudowany system kontroli (w tym autotest przy uruchomieniu) sygnalizujący ewentualne problemy za pomocą kontrolki na obudowie oraz sygnału dźwiękowego		
9.	w zestawie: przenośny koncentrator, zasilacz, konwerter do gniazda ładowarki samochodowej, bateria, kaniula nosowa, kabel zasilający, instrukcja obsługi w języku polskim		
<b>XV</b>	<b>Bilirubinometr</b>		
1.	producent, nazwa, typ:		
2.	natychmiastowy pomiar – czas gotowości: 2 sekundy, wskaźnik gotowości: dioda LED		
3.	błąd pomiaru: niskie - $\pm 1,0$ mg/dL, wysokie - $\pm 1,5$ mg/dL		
4.	zakres pomiarowy 0 – 30 mg/ dl.		
5.	pamięć min. 20 wyników		
6.	kolorowy ekran LCD o wielkości min. 3”		
7.	zasilanie: 2 baterie AA 1.5V		
8.	możliwość korekcji kalibracji		
9.	menu urządzenia i instrukcja obsługi w języku polskim, walizka transportowa		
<b>XVI</b>	<b>System wysiłkowy do wykonywania elektrokardiograficznych badań wysiłkowych oraz badań spoczynkowych z możliwością generowania raportów, archiwizacją badań EKG, przeglądaniem oraz opisywaniem</b>		
1.	producent, nazwa, typ:		
2.	Rodzaj: rejestrator holterowski EKG do badań wysiłkowych i spoczynkowych		
3.	Oprogramowanie HOLCARD z kluczem zabezpieczającym		
4.	Analiza zapisu EKG w trybie prospektywnym i retrospektywnym		
5.	Analiza arytmii pochodzenia komorowego i nadkomorowego		
6.	Natychmiastowy dostęp do zapisu EKG z dowolnego poziomu analizy (tabele, trendy)		
7.	Możliwość wykrywania, przeglądania, tworzenia ilościowych raportów w zakresie oceny: VE, S`SVE, P`SVT, Pauz, IRR VT, IVR, Tachy, Brady, Salwa, Bigeminia, Trigemina, Pary, R na T, uniesienia i obniżenia ST. Epizody ST, Max, Min, oraz Średni Rytm Serca, procentowy udział artefaktów w zapisie		
8.	Edytor klasy umożliwiający łatwą edycję wszystkich pobudzeń komorowych i nadkomorowych		
9.	Tabelaryczna prezentacja danych liczbowych		
10.	Prezentacja wyników w formie trendów w tym trójwymiarowe trendy ST i HRV		
11.	Przygotowanie do druku automatycznie lub wybierane przez użytkownika wstęgi EKG wraz z ich etykietami		

12.	Drukowanie całego zarejestrowanego sygnału EKG		
13.	Niezależna analiza ST każdego kanału EKG dla wybranych przez użytkownika punktów odniesienia ST, punktu J oraz linii bazowej R-R		
14.	Korzystanie z wielobarwnych prezentacji na ekranie		
15.	Bezprzewodowa transmisja danych umożliwiająca podgląd zapisu EKG w czasie rzeczywistym		
16.	Analiza zmienności rytmu w dziedzinie czasu i częstotliwości		
17.	Analizy odstępu QT z prezentacją wyników w formie tabelarycznej graficznej		
18.	Analiza pracy wszystkich typów rozruszników serca		
19.	Pamięć zapis danych EKG na kartę: microSDHC		
20.	Rejestracja sygnału EKG: 3 odprowadzenia (kabel 4 lub 7 elektrodowy); 12 odprowadzeń (kabel 10 elektrodowy)		
21.	Rejestracja sygnału EKG okres 24 h; 48 h lub 7 dni		
22.	Klawiatura: dotykowa, z przyciskami funkcyjnymi		
23.	Wyświetlacz / ekran: OLED 1,27"		
24.	Informacja o stanie rejestratora: trójkolorowa dioda i sygnalizacja dźwiękowa		
25.	Menu: wyświetlane na ekranie, obsługa za pomocą klawiatury		
26.	Zasilanie bateryjne		
<b>XVII</b>	<b>Meble medyczne – leżanka medyczna</b>		
1.	producent, nazwa, typ:		
2.	rodzaj: kozetka lekarska		
3.	konstrukcja z rur stalowych, pokrytych lakierem proszkowym		
4.	segmenty leża oraz zagłówek tapicerowane		
5.	regulacja kąta pochylenia segmentu zagłówek za pomocą rastomatów		
6.	koła jezdne z blokadą		
7.	szerokość: 550 mm		
8.	długość: 1880 mm		
9.	wysokość: 550 mm		
10.	kąt nachylenia wezłowania, +/- 40°		
11.	dopuszczalne obciążenie: 180kg		
<b>XVIII</b>	<b>Meble medyczne – stolik medyczny</b>		
1.	producent, nazwa, typ:		
2.	rodzaj: stolik medyczny z misami		
3.	koła jezdne z blokadą		
4.	pojemniki ze stali nierdzewnej		
5.	dotatkowe pojemniki na drobne odpady medyczne		

6.	półki ze szkła hartowanego		
7.	wysokość: 850mm		
8.	długość:750mm		
9.	szerokość: 450mm		
<b>XIX</b>	<b>Meble medyczne – taboret medyczny</b>		
1.	producent, nazwa, typ:		
2.	rodzaj: taboret medyczny		
3.	5-ramienna podstawa z kółkami		
4.	okrągłe siedzisko o grubości 10 cm		
5.	mechanizm pneumatyczny regulujący wysokość siedziska (od 59 do 78 cm)		
6.	chromowany podnózek na stopy		
7.	regulowane oparcie (zakres 80mm)		
<b>XX</b>	<b>Meble medyczne – parawan medyczny</b>		
1.	producent, nazwa, typ:		
2.	rodzaj: parawan medyczny jednoskrzydłowy		
3.	konstrukcja metalowa malowana proszkowo		
4.	wysokość: 1700 mm		
5.	szerokość: 1000 mm		
6.	układ jezdny z kółkami		
<b>XXI</b>	<b>Meble medyczne – sejf na narkotyki</b>		
1.	producent, nazwa, typ:		
2.	rodzaj: sejf meblowy		
3.	wymiary zewnętrzne (WxSxG): 300 x 400 x 400 mm, waga: 33 kg.		
4.	pojemność 33 l		
5.	otwory montażowe		
6.	klasa S1 odporności na włamanie		
7.	certyfiakat typu 2 wg Rozporządzenia RM do przechowywania dokumentów niejawnych		
8.	możliwość wyboru zamka: kluczowy, szyfrowy mechaniczny lub elektroniczny;		
9.	korpus jednopłaszczyzowy z blachy stalowej 3 mm		
10.	drzwi dwupłaszczyzowe z płytą stalową		
<b>XXII</b>	<b>Meble medyczne – fotel lekarski</b>		
1.	producent, nazwa, typ:		
2.	rodzaj: fotel lekarski		
3.	siedzisko i oparcie tapicerowane tkaniną powlekaną zmywalną		

4.	regulacja wysokości siedziska od 48 do 61 cm		
5.	szerokość siedziska i oparcia: 48cm		
6.	mechanizm: multiblock/synchro - blokowanie w wielu pozycjach		
7.	kolumna i podstawa: chromowana		
8.	5-ramienna podstawa o średnicy 60cm z kółkami		
9.	podłokietnik regulowany (zakres 8 cm) z częścią chromowaną.		

....., data ..... 2025 r.

Podpisano:

.....  
(czytelny podpis upoważnionego przedstawiciela  
lub imienna pieczęć + podpis)

.....  
(pieczęć podmiotu)

## OŚWIADCZENIE O BRAKU PODSTAW DO WYKLUCZENIA

W odpowiedzi na zapytanie ofertowe dotyczące zadania pn.: „Dostawa sprzętu medycznego – część 1” (oznaczenie sprawy: LLPS.01.04.2025.DS1) oświadczamy, że nie jesteśmy powiązani z Zamawiającym osobowo lub kapitałowo.

*Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzaniem procedury wyboru Wykonawcy, a Wykonawcą, polegające w szczególności na:*

- a) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,*
- b) posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji,*
- c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,*
- d) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli,*
- e) istnieniu relacji gospodarczych lub osobowych pomiędzy wykonawcą a beneficjentem, w ramach której jeden z wymienionych podmiotów wywiera dominujący wpływ na drugi, przy czym dominujący wpływ istnieje również wówczas, gdy beneficjent i wykonawca pozostają w takich relacjach z osobą fizyczną lub grupą osób fizycznych działających wspólnie.*

Jednocześnie, w związku z przepisem art. 1 pkt 3 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz.U. z 2022 r. poz. 835), oświadczamy, iż nie jesteśmy podmiotem umieszczonym (lub powiązany z nim) na liście prowadzonej przez ministra właściwego do spraw wewnętrznych. Lista została opublikowana w Biuletynie Informacji Publicznej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji pod linkiem: <https://www.gov.pl/web/mswia/lista-osob-i-podmiotow-objetych-sankcjami>. \*

*\* w przypadku ofert wspólnych (konsorcjum lub spółki cywilnej) bezwzględnie przedmiotowe oświadczenie w swoim imieniu składa każdy z Wykonawców.*

....., data ..... 2025 r.

Podpisano:

.....  
(czytelny podpis upoważnionego przedstawiciela  
lub imienna pieczęćka + podpis)

.....  
(pieczęć podmiotu)

## FORMULARZ CENOWY

„Dostawa sprzętu medycznego – część 1” (oznaczenie sprawy: LLPS.01.04.2025.DS1)

Poz.	Przedmiot zamówienia	Ilość	J.m.	Cena jedn. netto za sztukę (zł)	Stawka VAT (%)	Cena jednostkowa brutto za sztukę (zł)	Cena brutto ogółem (zł)
1	2	3	4	5	6	$7 = 5 + (5*6)$	$8 = 3 * 7$
1.	holter ciśnieniowy	1	szt.				
2.	holter ekg	1	szt.				
3.	otoskop	2	szt.				
4.	dermatoskop	1	szt.				
5.	lampa UV bakterio- i wirusobójcza	2	szt.				
6.	pulsoksymetr	5	szt.				
7.	termometr elektroniczny	5	szt.				
8.	stetoskop (zwykły, internistyczny, pediatryczny)	3	szt.				
9.	lodówka z monitoringiem temperatury	1	szt.				
10.	lampa diagnostyczna bezcieniowa	1	szt.				
11.	aparat do pomiaru ciśnienia tętniczego krwi elektroniczny i/lub manualny w różnych rozmiarach w tym z kompletem mankietów dla dzieci	10	szt.				
12.	wizualizator naczyniowy (skaner żył)	1	szt.				
13.	waga z analizatorem masy ciała	1	szt.				
14.	koncentrator tlenu	1	szt.				
15.	bilirubinometr	1	szt.				



16.	system wysiłkowy do wykonywania elektrokardiograficznych badań wysiłkowych oraz badań spoczynkowych z możliwością generowania raportów, archiwizacją badań EKG, przeglądaniem oraz opisywaniem	1	szt.				
17.	meble medyczne – leżanka medyczna	3	szt.				
18.	meble medyczne – stół medyczny	1	szt.				
19.	meble medyczne – taboret medyczny	5	szt.				
20.	meble medyczne – parawan medyczny	2	szt.				
21.	meble medyczne – sejf na narkotyki	1	szt.				
22.	meble medyczne – fotel lekarski	10	szt.				
<b>ŁĄCZNIE BRUTTO</b>							

SŁOWNIE ŁĄCZNIE BRUTTO :

..... zł

....., data ..... 2025 r.

Podpisano:

.....  
(czytelny podpis upoważnionego przedstawiciela  
lub imienna pieczęć + podpis)

## ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY /WZÓR UMOWY/

### § 1

#### *Przedmiot umowy*

1. Przedmiotem niniejszej umowy jest dostawa elementów wchodzących w skład postępowania, realizowanego przez LLP spółka z ograniczona odpowiedzialnością, w ramach postępowania pt. „**Dostawa sprzętu medycznego – część 1**”, zwanego w dalszej części umowy *przedmiotem umowy*, zgodnie z OFERTĄ w zakresie oraz na warunkach określonych w:
  - 1) niniejszej Umowie,
  - 2) zapytaniu ofertowym, a w szczególności załączonym do niego Szczegółowym Opiszem Przedmiotu Zamówienia,
  - 3) Formularzu OFERTOWYM Wykonawcy złożonym w toku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego,
  - 4) Formularzu Cenowym i Formularzu – Opis Przedmiotu Oferty złożonymi przez Wykonawcę wraz z ofertą.
2. Dla interpretacji postanowień Umowy, w tym przede wszystkim dla określenia wzajemnych praw i obowiązków Stron dokumenty przywołane w ust. 1 pkt. 1) – 4) powyżej będą miały charakter wzajemnie uzupełniający, przy czym w razie kolizji pierwszeństwo mieć będą postanowienia dokumentu przywołanego wcześniej. Jednocześnie Strony postanawiają, iż dokumenty te będą wzajemnie wyjaśniające i uzupełniające, w tym znaczeniu, że w przypadku zaistnienia jakiegokolwiek niejednoznaczności, wieloznaczności lub rozbieżności, Strony nie ograniczą w żaden sposób ani Przedmiotu umowy, ani zakresu należytej staranności.
3. Wykonawca zobowiązuje się do zrealizowania pełnego zakresu rzeczowego niniejszej umowy zgodnie z obowiązującymi przepisami, ogólnie przyjętą wiedzą w tym zakresie oraz ustaleniami z Zamawiającym.
4. Wykonawca oświadcza, że w ramach ceny ofertowej:
  - 1) dokona dostawy przedmiotu umowy we wskazane miejsce dostawy,
  - 2) uruchomi i zainstaluje przedmiot umowy,
  - 3) dostarczy podpisane oświadczenie gwarancyjne/kartę gwarancyjną (jeśli dotyczy) oraz instrukcję obsługi przedmiotu umowy w języku polskim;
  - 4) poniesie wszelkie koszty niezbędne do zrealizowania zamówienia wynikające z treści zapytania ofertowego, w oparciu o którą wybrany został Wykonawca.
5. Wykonawca oświadcza, że:
  - 1) przysługują mu wszelkie prawa do nieograniczonego rozporządzania oferowanym przedmiotem umowy, za wyjątkiem praw licencyjnych producenta oprogramowania, które nie są obciążone jakimikolwiek ciężarami i prawami na rzecz osób trzecich;
  - 2) dostarczony przedmiot umowy będzie gotowy do użycia (w tym również będzie posiadał wszelkie konieczne do jego instalacji i pracy okablowanie) i będzie posiadał oprogramowanie konieczne do jego użytkowania;
  - 3) przedmiot umowy jest fabrycznie nowy tzn. nie używany przed dniem dostawy;

- 4) przedmiot umowy nie został wycofany, ani nie jest przewidziany do wycofania, ze sprzedaży/produkcji;
- 5) wykona przedmiot umowy zgodnie z postanowieniami zawartymi w zapytaniu ofertowym i załącznikach do zapytania ofertowego.
6. W trakcie realizacji Przedmiotu Umowy, Zamawiający jest zobowiązany do:
  - 1) współdziałania z Wykonawcą, w zakresie jaki jest niezbędny dla prawidłowej realizacji zobowiązań Wykonawcy,
  - 2) dotrzymywania obustronnie ustalonych terminów.

## § 2

### *Termin wykonania*

1. Strony ustalają, że wykonanie wszystkich świadczeń wchodzących w zakres przedmiotu umowy, nastąpi w terminie – najpóźniej do 31.05.2025 roku.
2. Termin, o którym mowa w ust.1 powyżej uznany będzie za dochowany tylko w przypadku dostarczenia we wskazanym terminie kompletnego przedmiotu umowy spełniającego wszystkie wymagania Zamawiającego określone w Umowie oraz w załącznikach do niej, co zostanie potwierdzone w protokole odbioru, o którym mowa w § 3 ust. 8 Umowy.
3. Częściowe wykonanie przedmiotu umowy jak również wykonanie przedmiotu umowy, który nie spełnia wymagań Zamawiającego i musi zostać (częściowo lub całkowicie) wymieniony lub poprawiony przed upływem określonego w ust. 1 terminu nie będzie traktowane jako wykonanie Umowy.

## § 3

### *Odbiór przedmiotu umowy*

1. Przedmiot umowy zostanie dostarczony do miejsca dostawy, po uprzednim uzgodnieniu przez Wykonawcę z Zamawiającym terminu dostawy, transportem Wykonawcy, na koszt i ryzyko Wykonawcy. Koszty wydania i rozładunku przedmiotu umowy w miejscu dostawy spoczywają na Wykonawcy.
2. Miejsce dostawy: pomieszczenia, które zostaną wskazane przez pracowników Zamawiającego upoważnionych do odbioru przedmiotu umowy, znajdujące się w siedzibie Zamawiającego przy ul. Krańcowa 2a, 66-100 Sulechów.
3. Dostawa przedmiotu umowy nastąpi w dniach i godzinach pracy Zamawiającego.
4. Odbiór dostarczonych elementów umowy potwierdzony zostanie podpisaniem przez Zamawiającego protokołu, potwierdzającego dostarczenie, zainstalowanie i uruchomienie wszystkich elementów, zgodnie z wymaganiami Zamawiającego. Podpisany przez Zamawiającego i Wykonawcę protokół odbioru stanowić będzie podstawę do wystawienia faktury przez Wykonawcę.
5. Protokół odbioru stanowić będzie potwierdzenie należytego wykonania umowy, w szczególności w zakresie:
  - 1) zgodności dostarczonego przedmiotu umowy z zamawianym,
  - 2) kompletności dostarczonego i wykonanego przedmiotu umowy,
  - 3) sprawdzenia i potwierdzenia należytego funkcjonowania przedmiotu umowy,
  - 4) terminowości wykonania,

- 5) dostarczenia Zamawiającemu wszystkich wymaganych dokumentów (w tym licencji, kart gwarancyjnych, jeśli są konieczne do dochodzenia roszczeń gwarancyjnych) – jeśli dotyczy.
6. W czasie czynności odbioru Wykonawca zobowiązany jest wydać Zamawiającemu wszelkie oświadczenia gwarancyjne (karty gwarancyjne) dotyczące przedmiotu umowy lub poszczególnych jego części złożone przez podmioty trzecie (producenta, importera, sprzedawcę itp.), jeśli dotyczy.
7. W przypadku:
  - 1) stwierdzenia, że przedmiot umowy nie odpowiada wymaganiom określonym w Umowie lub załącznikach do niej, wyspecyfikowanych w § 1 ust. 1 Umowy,
  - 2) stwierdzenia niekompletności dostarczonego przedmiotu umowy,
  - 3) stwierdzenia uszkodzenia lub niefunkcjonowania jakiegokolwiek elementu przedmiotu umowy,
  - 4) stwierdzenia wady fizycznych jakiegokolwiek elementu przedmiotu umowy,Zamawiający w protokole odbioru wskaże i opíše niezgodności wykonanego przedmiotu umowy z Umową określając termin ich usunięcia przez Wykonawcę, przy czym termin ten będzie nie krótszy niż 3 dni.
8. Zamawiający zastrzega sobie prawo odmowy dokonania odbioru przedmiotu umowy w całości albo w części w przypadku stwierdzenia odpowiednio niezgodności dostarczonego przedmiotu umowy albo jego części z Umową oraz dokumentami, o których mowa w § 1 ust. 1 pkt od 2) do 4). W przypadku, o którym mowa w zdaniu poprzednim Zamawiający wyznaczy Wykonawcy dodatkowy termin nie krótszy niż 3 dni. Wyznaczenie dodatkowego terminu, o którym mowa w zdaniu poprzednim nie pozbawia Zamawiającego prawa do dochodzenia kar umownych za opóźnienie, zastrzeżonych w § 6 ust. 2 pkt 1) Umowy.
9. Po bezskutecznym upływie terminu, o którym mowa w ust. 13 Zamawiający będzie uprawniony do odstąpienia od umowy i naliczenia kar umownych przewidzianych w § 6 ust. 2 pkt 1) oraz pkt 2) lub 4) Umowy.
10. Do odstąpienia od umowy, o którym mowa w ust. 14 stosuje się odpowiednie postanowienia § 8 Umowy.

#### § 4

##### *Wartość umowy i warunki płatności*

1. Za należyte wykonanie Przedmiotu Umowy Zamawiający zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie ryczałtowe (dalej „Wynagrodzenie”) w **kwocie brutto:** ..... **zł** (słownie ..... ), w tym należyty podatek VAT (jeśli dotyczy), zgodnie z ofertą Wykonawcy i załączonym do niej Formularzem cenowym.
2. Kwota, o której mowa w ust.1, wynikająca z Formularza cenowego Wykonawcy odpowiada pełnemu zakresowi przedmiotu niniejszej umowy. Zawiera ona wszelkie składowe koszty niezbędne do należytego wykonania zamówienia, zgodnie z wymaganiami Zamawiającego, w tym również: koszt przedmiotu zamówienia, koszty ewentualnych dostaw lub wysyłki do wskazanej jednostki Zamawiającego, koszt montażu, wdrożenia, uruchomienia przedmiotu umowy, koszt szkolenia, podatki (w tym VAT), koszt ewentualnej inflacji, koszt instruktażu, inne koszty niezbędne dla prawidłowej realizacji umowy.

3. Ceny jednostkowe brutto określone przez Wykonawcę w Formularzu cenowym (lub wynikające z tego formularza) będą cenami obowiązującymi przez cały okres obowiązywania umowy i nie będą podlegały zmianom, chyba że zmiany te zostały przewidziane przez Zamawiającego.
4. Ceny jednostkowe brutto obejmują całkowitą należność jaką Zamawiający zobowiązany jest zapłacić za wykonanie niniejszej umowy.
5. Płatność za przedmiot umowy zostanie zrealizowana na podstawie faktury, wystawionej po dostarczeniu zakresu przedmiotu umowy, potwierdzonego podpisaniem protokołu odbioru, zgodnie z zapisami w § 3 ust. 8.
6. Zapłata wynagrodzenia nastąpi na podstawie faktury VAT wystawionej przez Wykonawcę po realizacji dostawy.
  - a. Zapłata wynagrodzenia określonego w ust. 1 nastąpi przelewem, na konto Wykonawcy wskazane na fakturze, w terminie: **w ciągu 30 dni** licząc od daty otrzymania przez Zamawiającego poprawnie wystawionej faktury VAT.
7. Podstawą do wystawienia faktury o której mowa w ust. 5 będzie podpisany przez Zamawiającego, bez zastrzeżeń, protokół odbioru przedmiotu umowy, o których mowa w § 3 ust. 8 Umowy.
8. Faktura wystawiona nieprawidłowo, przedwcześnie, bezpodstawnie nie rodzi obowiązku zapłaty po stronie Zamawiającego.
9. Za dzień zapłaty uznaje się datę obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.
  - a. Przeniesienie przez Wykonawcę jakiegokolwiek wierzytelności wynikającej z niniejszej umowy na osobę trzecią wymaga uprzedniej zgody Zamawiającego wyrażonej na piśmie.

## § 5

### *Kontakt między stronami i osoby uczestniczące w realizacji umowy*

1. Bieżące kontakty w ramach realizacji niniejszej umowy, obejmujące w szczególności dokonywanie uzgodnień organizacyjnych we wszystkich sprawach dotyczących prawidłowego wykonania umowy, prowadzone będą telefonicznie lub za pomocą poczty elektronicznej.
2. Osobami upoważnionymi do bieżących kontaktów w ramach wykonywania niniejszej umowy, tj. uprawnionymi do dokonywania uzgodnień organizacyjnych we wszystkich sprawach dotyczących wykonywania umowy są:
  - 1) ze strony Wykonawcy: ....., tel. ...., fax ....., e-mail.....
  - 2) ze strony Zamawiającego: ....., tel ....., fax ..... e-mail...
3. Do podpisania w imieniu Zamawiającego protokołu odbioru przedmiotu umowy oraz do wykonywania wszelkich czynności reklamacyjnych upoważniony jest Pan/Pani .....
4. O każdej zmianie osób lub danych teleadresowych wskazanych w ust. 2 i/lub 3 Strony umowy zobowiązane są powiadomić drugą stronę pisemnie. Zmiany te nie powodują konieczności zmiany umowy. W przypadku braku powiadomienia wszelka korespondencja czy powiadomienie kierowane na ostatnio podane dane uznawane będą za prawidłowo doręczone.
5. Wszelkie pisma i oświadczenia związane z wykonaniem Przedmiotu Umowy będą sporządzone na piśmie, pod rygorem nieważności, chyba że Umowa przewiduje dla jakiejś czynności inną formę.
6. Zawiadomienia dla Zamawiającego będą przesyłane na adres:  
.....  
.....

7. Zawiadomienia dla Wykonawcy będą przesyłane na adres:  
.....  
.....
8. O każdej zmianie adresu Wykonawca/Zamawiający zobowiązany jest poinformować Zamawiającego/Wykonawcę, pod rygorem uznania za prawidłowo doręczone pism wysłanych na ostatnio podany adres. Zmiana taka nie wymaga konieczności zmiany umowy.
9. Nieodebrane listy polecone, dotyczące spraw związanych z wykonaniem niniejszej umowy wysłane przez Zamawiającego/Wykonawcę na wskazany wyżej adres z uwzględnieniem uwag dotyczących jego zmian, traktowane będą w skutkach dla umowy jako doręczone prawidłowo.

## § 6

### *Kary umowne*

1. Strony postanawiają, że obowiązującą je formę odszkodowania stanowią będą kary umowne.
2. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne:
  - 1) w przypadku niewykonania przez Wykonawcę przedmiotu umowy w terminie określonym w §2 niniejszej umowy, zapłaci Zamawiającemu karę umowną za każdy dzień opóźnienia w wysokości 0,2% wartości brutto przedmiotu umowy. Taka sama kara będzie przysługiwać Zamawiającemu za każdy dzień opóźnienia:
    - a) w usunięciu zgłoszonych wad / usterek w stosunku do terminu ich usunięcia;
    - b) w wymianie na nowy sprzęt/sprzętów wchodzącego/wchodzących w zakres przedmiotu umowy w stosunku do terminu określonego w § 7 ust. 11 Umowy;
  - 2) w przypadku odstąpienia przez Wykonawcę od realizacji niniejszej umowy, jeśli nastąpi ono z winy Wykonawcy, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 20 % wartości umowy brutto;
  - 3) w przypadku odstąpienia od realizacji niniejszej umowy/rozwiązania umowy przez Zamawiającego, jeśli nastąpi ono z winy Wykonawcy, Wykonawca zobowiązany jest do zapłaty Zamawiającemu kary umownej w wysokości 20 % wartości umowy brutto;
  - 4) w przypadku gdy okaże się, że przedmiot umowy jest obciążony ciężarami lub prawami na rzecz osób trzecich Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 20 % wartości umowy brutto. Niezależnie od możliwości żądania ww. kary umownej Zamawiający może dochodzić roszczeń z tytułu rękojmi za wady prawne.
3. Zamawiający zapłaci Wykonawcy kary umowne:
  - 1) w przypadku odstąpienia od realizacji niniejszej umowy/rozwiązania umowy przez Wykonawcę, jeśli nastąpi ono z winy Zamawiającego, Zamawiający zobowiązany jest do zapłaty Wykonawcy kary umownej w wysokości 20 % wartości umowy brutto.
4. Zamawiający może dochodzić na zasadach ogólnych odszkodowania przewyższającego wszelkie zastrzeżone w niniejszej umowie kary umowne, do wysokości faktycznie poniesionej szkody.
5. W przypadku opóźnienia w zapłacie wynagrodzenia wynikającego z niniejszej umowy Wykonawca może żądać od Zamawiającego odsetek ustawowych za opóźnienie.

6. Zamawiający zastrzega sobie prawo do potrącenia wierzytelności z tytułu naliczonych kar umownych z należności Zamawiającego wobec Wykonawcy.
7. Szkody (np. utrata części lub całości dofinansowania, naliczone odsetki lub kary i in.), które obciążą Zamawiającego, a spowodowane będą przez Wykonawcę, w tym m.in. spowodowane niedotrzymaniem przez Wykonawcę terminów realizacji, obciążą Wykonawcę.

## § 7

### *Gwarancja i rękojmia*

1. W ramach wynagrodzenia Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji na przedmiot umowy według informacji wskazanej przez Wykonawcę w Formularzu Ofertowym.
2. Niniejsza umowa stanowi dokument gwarancyjny uprawniający Zamawiającego do żądania usunięcia wszelkich wad fizycznych w przedmiocie umowy w okresie trwania gwarancji.
3. Wykonawca nie może zwolnić się od odpowiedzialności z tytułu gwarancji lub rękojmi. Okres rękojmi jest równy okresowi gwarancji, a pozostałe uprawnienia z tytułu rękojmi określają przepisy kodeksu cywilnego.
4. Wykonawca jest zobowiązany w okresie trwania gwarancji do usunięcia wad przedmiotu umowy (napraw przedmiotów umowy) lub do dostarczenia przedmiotów umowy wolnych od wad (wymiany przedmiotów umowy na nowe).
5. Jeśli Wykonawca wykonując swoje obowiązki dostarczył Zamawiającemu zamiast rzeczy wadliwej rzecz wolną od wad lub dokonał istotnych napraw rzeczy objętej gwarancją, termin gwarancji biegnie na nowo od chwili dostarczenia rzeczy wolnej od wad lub zwrócenia rzeczy naprawionej.
6. W innym przypadku, niż określono w ust. 5 – gdy Wykonawca naprawia przedmiot umowy w ramach gwarancji, okres gwarancji ulega przedłużeniu o okres, w ciągu którego wskutek wady rzeczy objętej gwarancją zamawiający nie mógł z niej korzystać.
7. Wykonawca będzie dokonywał/realizował naprawy gwarancyjne w siedzibie Zamawiającego, na swój koszt. Wykonawca będzie ponosił wszelkie koszty naprawy, w tym koszt materiałów, robocizny, dojazdów i transportu, delegacji, noclegów, itd. Jeżeli usunięcie wady nie będzie możliwe w siedzibie jednostki Zamawiającego, wówczas Wykonawca odbierze od Zamawiającego wadliwy przedmiot umowy za pokwitowaniem i dostarczy go po naprawie w miejsce jego użytkowania, na swój koszt.
8. Zgłoszenie usterki/wady może nastąpić za pomocą faksu, poczty elektronicznej lub w formie pisemnej.
9. Wykonawca nie może odmówić usunięcia wad bez względu na wysokość kosztów z tym związanych.
10. W przypadku gdy dany element przedmiotu umowy był już dwukrotnie naprawiany i nadal nie działa prawidłowo (jest wadliwy) Zamawiający ma prawo żądać od Wykonawcy jego wymiany na nowy, o parametrach nie gorszych niż element przedmiotu umowy, który podlega wymianie. W przypadku, o którym mowa w zdaniu poprzednim Wykonawca zobowiązany będzie dostarczyć nowy element przedmiotu umowy w terminie 10 dni roboczych od dnia otrzymania od Zamawiającego żądania wymiany nie działającego prawidłowo (wadliwego) elementu przedmiotu umowy na nowy.
11. Zamawiający może usunąć wady w zastępstwie i na koszt Wykonawcy, jeżeli wady te nie zostały usunięte w wyznaczonym terminie.

## § 8

### *Odstąpienie/rozwiązanie*

1. Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy w całości, bądź w części wg swojego wyboru, w przypadku gdy:
  - 1) dostarczony przez Wykonawcę przedmiot zamówienia nie spełnia wymagań Zamawiającego określonych szczegółowo w § 1 ust. 1 pkt od 2) do 4),
  - 2) jeżeli element przedmiotu zamówienia lub cały przedmiot zamówienia był już dwukrotnie naprawiany i nadal nie działa prawidłowo,
  - 3) termin wykonania został przekroczony o 20 lub więcej dni w stosunku do zadeklarowanego przez Wykonawcę;
  - 4) w innych przypadkach oraz na zasadach przewidzianych przepisami kodeksu cywilnego,- w przypadku gdy nie nastąpi to z winy Zamawiającego Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną zgodnie z §6.
2. Oświadczenie o odstąpieniu od Umowy (w całości lub części) Zamawiający winien złożyć w terminie 30 dni od dnia powzięcia informacji o zaistnieniu okoliczności stanowiących podstawę do odstąpienia, o których mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu.
3. Zamawiający może rozwiązać umowę bez wypowiedzenia ze skutkiem natychmiastowym, jeżeli:
  - 1) nastąpi likwidacja przedsiębiorstwa Wykonawcy;
  - 2) zostanie zajęty majątek Wykonawcy w wyniku prowadzonego przeciwko niemu postępowania egzekucyjnego;
  - 3) wystąpią inne okoliczności uniemożliwiające lub ograniczające swobodne wykonywanie przez Wykonawcę jego obowiązków wynikających z niniejszej umowy.
4. W razie stwierdzenia uchybień w realizacji umowy, Zamawiający może wezwać Wykonawcę do zmiany sposobu wykonania umowy w terminie 7 dni od dnia wezwania, a po bezskutecznym upływie tego terminu rozwiązać umowę bez wypowiedzenia.
5. W przypadku odstąpienia od umowy albo jej wypowiedzenia, Zamawiający zapłaci Wykonawcy tylko za dostawy odebrane przez Zamawiającego przed dniem odstąpienia od umowy lub jej wypowiedzenia.
6. Odstąpienie od umowy, wypowiedzenie umowy lub jej rozwiązanie winno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności takiego oświadczenia i powinno zawierać uzasadnienie.

## § 9

### *Zlecenie prac podwykonawcom*

Zlecenie wykonania części zamówienia podwykonawcom nie zmienia zobowiązań Wykonawcy wobec Zamawiającego za wykonanie tej części zamówienia. Wykonawca jest odpowiedzialny za działania, uchybienia i zaniedbania podwykonawców i ich pracowników w takim samym stopniu, jakby to były jego własne działania, uchybienia lub zaniedbania.

## § 10

### *Zmiany umowy*

1. Zmiany niniejszej umowy wymagają zgody obu Stron wyrażonej w formie pisemnej pod rygorem nieważności.
2. Zamawiający przewiduje możliwość dokonania m. in. następujących zmian w umowie:
  - 1) dopuszcza się zmianę terminu realizacji niniejszej umowy, o którym mowa w § 2. Termin realizacji przedmiotu umowy może ulec przesunięciu:
    - a) w przypadku działania siły wyższej (katastrofalne działania przyrody - np. niezwykle mrozy, śnieżyce, powodzie; akty władzy ustawodawczej lub wykonawczej - np. wyłączenia oraz niektóre zaburzenia życia zbiorowego np. zamieszki uliczne, akty terroru) mającej bezpośredni wpływ na termin wykonania zamówienia; termin realizacji będzie przesunięty o czas działania siły wyższej oraz czas niezbędny na usunięcie skutków działania tej siły, zmiana terminu realizacji nie będzie powodowała zwiększania wynagrodzenia Wykonawcy,
    - b) jeżeli opóźnieniu ulegnie wykonanie prac niezbędnych do realizacji umowy, do których wykonania zobowiązany jest Zamawiający, termin realizacji będzie przesunięty o czas niezbędny do wykonania przez Zamawiającego przedmiotowych prac, zmiana terminu realizacji nie będzie powodowała zwiększania wynagrodzenia Wykonawcy;
  - 2) dopuszcza się zmianę wartości niniejszej umowy określonej w § 4 ust. 1 w przypadku gdy ceny jednostkowe zostaną obniżone przez Wykonawcę lub producenta – w takim przypadku wartość umowy ulegnie odpowiedniemu zmniejszeniu; zmiana taka nie wymaga konieczności zmiany umowy;
  - 3) w przypadku, gdy przedmiot umowy zaoferowany w ofercie zostanie w międzyczasie wycofany/przewidziany do wycofania ze sprzedaży/produkcji albo zostanie uznany przez producenta za przestarzały, Zamawiający dopuszcza możliwość zamiany urządzeń wchodzącego w zakres przedmiotu umowy na wersję o parametrach technicznych, funkcjonalnych i użytkowych nie gorszych niż wymagane przez Zamawiającego. W takim przypadku zmiana nie może powodować wzrostu ceny ofertowej, terminu wykonania i innych warunków udzielenia zamówienia zawartych w zapytaniu ofertowym. Wykonawca zapewni Zamawiającego pisemnie, iż przedmiot umowy opisany w § 1 niniejszej umowy został wycofany/przewidziany do wycofania ze sprzedaży/produkcji lub uznany przez producenta za przestarzały, jednocześnie proponując zmiany;
  - 4) w przypadku gdy w trakcie rozstrzygnięcia postępowania/realizacji umowy zaistnieje konieczność zastosowania mechanizmu odwróconego obciążenia VAT – w stosunku do towarów, których będzie dotyczył mechanizm odwróconego obciążenia VAT - Wykonawca będzie wystawiał faktury w wysokości netto, a wartość umowy zostanie pomniejszona o wartość VAT, który uiszczał będzie Zamawiający na podstawie przepisów ustawy o podatku od towarów i usług; zmiana ta nie wymaga zmiany umowy,
  - 5) dopuszcza się wprowadzenie zmian części / zakresów przedmiotu umowy, które Wykonawca przewidział do realizacji za pomocą podwykonawców, w tym również poprzez realizację za pomocą podwykonawców części zamówienia, dla których wcześniej nie przewidywano realizacji przez podwykonawców. W przypadku wystąpienia z wnioskiem o wprowadzenie realizacji przez podwykonawców nowych części zamówienia, Wykonawcę obowiązują zapisy § 9 umowy; zmiana

nie może spowodować zmiany terminu wykonania przedmiotu umowy ani zwiększenia należnego wykonawcy wynagrodzenia;

- 6) dopuszcza się wprowadzenie podwykonawców do realizacji części zamówienia mimo, że w ofercie Wykonawca nie przewidział realizacji jakichkolwiek części zamówienia przez podwykonawców. W przypadku wystąpienia z wnioskiem o wprowadzenie realizacji przez podwykonawców jakiejś części zamówienia Wykonawcę obowiązują zapisy § 9 umowy; zmiana nie może spowodować zmiany terminu wykonania przedmiotu umowy ani zwiększenia należnego wykonawcy wynagrodzenia;
  - 7) w przypadku gdy nastąpi zmiana powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na realizację przedmiotu umowy – w takim przypadku dopuszcza się zmiany umowy pozwalające na dostosowanie jej do nowych przepisów; zmiany takie nie mogą spowodować zmiany terminu wykonania przedmiotu umowy ani zwiększenia należnego wykonawcy wynagrodzenia.
3. Wystąpienie którejkolwiek z wymienionych okoliczności mogących powodować zmianę umowy nie stanowi bezwzględnego zobowiązania Zamawiającego do dokonania zmian, ani nie może stanowić podstawy roszczeń Wykonawcy do ich dokonania.

## § 11

### *Rozstrzyganie sporów*

1. Prawem właściwym dla niniejszej umowy jest prawo polskie.
2. Ewentualne spory mogące wyniknąć w przyszłości pomiędzy Stronami z niniejszej umowy lub związane z niniejszą umową, Strony będą rozstrzygać polubownie na drodze negocjacji.
3. Jeżeli w terminie 30 dni od daty powstania sporu Strony nie podejmą negocjacji lub negocjacje te nie zakończą się rozwiązaniem sporu, właściwy do rozpoznania sporu będzie Sąd powszechny właściwy dla Zamawiającego.
4. W sprawach nie uregulowanych niniejszą Umową zastosowanie mają przepisy: ustawy Kodeks cywilny i inne obowiązujące przepisy prawne.

## § 12

### *Pozostałe postanowienia*

1. Językiem obowiązującym w trakcie realizacji niniejszej umowy jest język polski.
2. Niewykonanie przez Zamawiającego przysługującego na podstawie niniejszej umowy jakiegokolwiek uprawnienia lub kompetencji nie oznacza zrzeczenia się ani też ograniczenia danego prawa lub innych przysługujących Zamawiającemu praw. Jednorazowe lub częściowe tylko wykonanie danego prawa nie wyklucza jego ponownego lub dodatkowego wykonania. Zrzeczenie się jednego prawa nie oznacza zrzeczenia się jakiegokolwiek innego prawa przyznanego na podstawie niniejszej umowy.
3. Strony niniejszej umowy zgodnie postanawiają, że w przypadku nieważności któregokolwiek z postanowień niniejszej umowy, umowa pozostaje w mocy co do pozostałych postanowień, chyba że z ustawy lub okoliczności wynika, że bez postanowień dotkniętych nieważnością umowa nie zostałaby zawarta, a Strony umowy dążyć będą do zastąpienia nieważnych postanowień postanowieniami ważnymi, oddającymi zamiary Stron.

4. Umowa niniejsza została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze Stron.
5. Załącznikiem do niniejszej umowy są:
  - 1) zapytanie ofertowe
  - 2) kopia formularza ofertowego Wykonawcy złożonego w toku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego,
  - 3) kopie formularza cenowego i formularza – Opis Przedmiotu Oferty Wykonawcy złożonych wraz z ofertą.

WYKONAWCA

ZAMAWIAJĄCY